

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna sprzedaż i dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 272165010
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Jana Pawła II
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Siemianowice Śląskie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 41-100
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@clo.com.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.clo.com.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00474090/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-12-02 14:36

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00461459/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00017955/28/P

Po zmianie:
2022/BZP 00017955/29/P

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 12)

Przed zmianą:
Pakiet 12: Drobnny sprzęt medyczny
1. Nebulizator wielorazowy kompatybilny z kompresorem PariBoy SX.

Parametry nebulizatora:

- wydajność: 450 mg/ min
- średnia masa cząsteczki MMD: 2,2 um
- ilość cząstek poniżej 5 um: minimum 89 %

Nebulizator składający się z komory nebulizacyjnej typ z niebieską wkładką – nadającej się do sterylizacji w autoklawie, wężyka 1,0 - 1,2 m, ustnika z zaworem zwrotnym oraz maską dla dorosłych. Wyrób medyczny.
Ilość: 6 sztuk.

Po zmianie:

Pakiet 12: Drobny sprzęt medyczny

1. Nebulizator wielorazowy kompatybilny z kompresorem PariBoy SX.

Parametry nebulizatora:

- wydajność: 450 mg/ min
- średnia masa cząsteczki MMD: 2,2 um
- ilość cząstek poniżej 5 um: minimum 89 %

Nebulizator składający się z komory nebulizacyjnej z wkładką – nadającej się do sterylizacji w autoklawie, wężyka 1,0 - 1,2 m, ustnika z zaworem zwrotnym oraz maską dla dorosłych. Wyrób medyczny.

Ilość: 6 sztuk.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-12-06 08:30

Po zmianie:

2022-12-07 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-12-06 09:30

Po zmianie:

2022-12-07 09:30