

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 14

zestaw 1 [zam.: 29.03.2022]	2
zestaw 2 [zam.: 31.03.2022]	3
zestaw 3 [zam.: 01.04.2022]	5
zestaw 4 [zam.: 04.04.2022]	10
zestaw 5 [zam.: 05.04.2022]	11

zestaw 1

zam.: 29.03.2022 r.

1[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny z blatem górnym wykonanym z tworzywa ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

2[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w szuflady wykonane z tworzywa ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

3[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w 4 koła, w tym 2 z blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

4[pakiet 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na dostawę parawanów teleskopowych przyściennych o nieco zmienionych parametrach (pakiet nr 7):

szerokość w stanie złożonym 80 cm,

wymiary zasłonki 180x200 cm (szer. x wys.) możliwość wyboru koloru (biała, zielona , niebieska).

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

1[pakiet 13](#)**Pytanie:**

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonana jest ściana na której będzie dokonany montaż lamp?

Odpowiedź:

Ściana jest z cegły obłożona płytami gipsowymi na profilu.

2[pakiet 13](#)**Pytanie:**

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy?

Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź:

Lampa zasilana jest za pomocą standardowego przewodu zasilającego, który zgodnie ze SWZ ma mieć minimum 2,5 m.

3[pakiet 13](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską?

Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

4[pakiet 13](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę z temp. barwową 4750K?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

5[pakiet 13](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę - wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

6[pakiet 13](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę z długością gęsiej szyi: 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

7[pakiet 13](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę z długością gęsiej szyi: 90 cm?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie ze SWZ długość minimum 75 cm.

8[pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści półkę o gł. 36 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wieszak ścienny o dł. 105 cm?

Taka długość zapewnia możliwość zawieszenia półek z poz. 1 i swobodny dostęp do przestrzeni między półkami.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

1[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający zamiast wszystkich kół wyposażonych w hamulec dopuści tylko 2 przednie koła z blokadą?

Takie działanie przynosi oczekiwany skutek, a jednocześnie jest to szybsze i wygodniejsze rozwiązanie, ponieważ nie trzeba obchodzić wózka z każdej strony i wciskać lub odciągać hamulców przy każdym kole.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

2[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści głębokość wózka 57,5 cm?

Wymiar ten tylko nieznacznie przekracza oczekiwania Zamawiającego. Parametr ten nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność i przydatność wózka – pozostałe parametry zgodne z wytycznymi. Prosimy zatem o dopuszczenie ww. wymiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

3[pakiet 4, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc o pogłębionych blatach zapobiegających zsuwaniu się aparatów miał na myśli również blaty z podniesionym tylnym rantem, z boków i przodu blatów z blachą wygiętą ku dołowi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa sposobu pogłębienia wskazuje jednak na celowość czym ma być *zapobieganie zsuwaniu się aparatów*.

4[pakiet 7](#)**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej pisząc „wymiar złączonej zastłonki” i miał na myśli wymiar załączonej zastłonki.

Odpowiedź:

Potwierdzamy zaistnienie omyłki pisarskiej Zamawiający miał na myśli „wymiar załączonej zastłonki”.

5[pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półki wykonanej ze stali nierdzewnej, o wymiarach głębokość 30 cm, długość 60 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

6[pakiet 6, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regału listwowego ściennego wykonanego ze stali nierdzewnej, z zaczepami na listwie do umieszczenia koszy i półek o długości 105 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

7[pakiet 6, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regału listwowego ściennego wykonanego ze stali nierdzewnej, z zaczepami na listwie do umieszczenia koszy i półek o długości 140 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

8

[projekt umowy: § 3 ust. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o **wydłużenie terminu na dostawę zamówionego towaru do 42 dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia.**

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

9

[projekt umowy: § 3, § 4](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień częściowych, czy realizacja ma uwzględniać dostawę jednorazową całego pakietu?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 1 projektu umowy przewiduje się jednorazowe dostawy.

10

[projekt umowy: termin płatności](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o **skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT.**

Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności.

Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

11

[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o konstrukcji z anodowanego aluminium, którego boki są malowane proszkowo. Tylne ściany jest dodatkowo wzmocniona – trójwarstwowa (aluminium – polietylen – aluminium).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

11

[pakiet 1, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z blatem wykonanym z wytrzymałego tworzywa ABS, ze zintegrowanymi uchwytami do przetaczania wózka (uchwyty wyprofilowane po bokach i z tyłu blatu głównego, stanowiące jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się rzeczy). Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

12

[pakiet 1, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 4 szufladami, z których co najmniej jedna ma wysokość 23,6 mm, co jedynie nieznacznie odbiega od wartości wymaganej.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

13

[pakiet 1, poz. 5](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego szuflady w całości (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń, narażających na gromadzenie się brudu). Oferowane szuflady posiadają ergonomiczny uchwyt na całej długości, z miejscem na umieszczenia opisu zawartości oraz możliwość oznaczenia kolorem (10 kolorów nakładek do wyboru).

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

13

[pakiet 1, poz. 10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający o dopuści wózek z 4 kołami o średnicy 125 mm, z których 2 są wyposażone w blokadę? Dwa koła z hamulcem są standardem, w związku z tym iż stanowią wystarczającą blokadę dla wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

14

[pakiet 1, poz. 11](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach (bez wyposażenia):

- szerokość: 83 cm
- głębokość: 65 cm
- wysokość bez nadstawki: 106 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

15

[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w standardzie w wysuwaną spod blatu półkę pomocniczą, z boku wózka?

Oferowane wyposażenie zwiększa wartość użytkową proponowanego wózka.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

16

[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Poz.1_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o konstrukcji z anodowanego aluminium, którego boki i tył wózka są malowane proszkowo, oraz dodatkowo wzmocnione – trójwarstwowe (aluminium – polietylen – aluminium).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

17

[pakiet 1, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z blatem wykonanym z wytrzymałego tworzywa ABS, ze zintegrowanymi uchwytami do przetaczania wózka (uchwyty wyprofilowane po bokach i z tyłu blatu głównego, stanowiące jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się rzeczy). Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

18

[pakiet 1, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 4 szufladami, z których co najmniej jedna ma wysokość 23,6 mm, co jedynie nieznacznie odbiega od wartości wymaganej.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

19

[pakiet 1, poz. 5](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego szuflady w całości (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń, narażających na gromadzenie się brudu). Oferowane szuflady posiadają ergonomiczny uchwyt na całej długości, z miejscem na umieszczenia opisu zawartości oraz możliwość oznaczenia kolorem (10 kolorów nakładek do wyboru).

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

20

[pakiet 1, poz. 10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający o dopuści wózek z 4 kołami o średnicy 125 mm, z których 2 są wyposażone w blokadę? Dwa koła z hamulcem są standardem, w związku z tym iż stanowią wystarczającą blokadę dla wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

21

[pakiet 1, poz. 11](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach (bez wyposażenia):

- szerokość: 66,2 cm
- głębokość: 59,4 cm
- wysokość bez nadstawki: 104,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

22

pakiet 1

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w standardzie w wysuwaną spod blatu półkę pomocniczą oraz 3 uchylne, transparentne kieszenie z przeznaczeniem na akcesoria z boku wózka?

Oferowane wyposażenie zwiększa wartość użytkową proponowanego wózka.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

23

pakiet 12

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści statywy z zakresem regulacji wysokości od 132 cm?

Wymiar ten nie wpłynie na pogorszenie funkcjonalności i wygody korzystania ze stojaka, ponieważ zwykle kroplówki umieszcza się na wysokości około 160-180 cm, a ze skrajnych wysokości się właściwie nie korzysta.

Prosimy zatem o dopuszczenie nieco większej tolerancji niż tej opisanej w wykazie parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

zestaw 4

zam.: 4.04.2022 r.

1*pakiet 8, pkt 3***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka, w którym zagłówek będzie regulowany mechanizmem zapadkowym typu rastomat w zakresie 0-35 st.?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

2*pakiet 9***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taborety z podstawą stalową chromowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

3*pakiet 9***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taborety z regulowaną wysokością siedziska w zakresie 550-750 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

1

[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy użytkownik dopuści wózek wykonany ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2

[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy użytkownik dopuści fronty wykonane ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3

[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy użytkownik dopuści układ jezdny wózka z blokadą na dwóch kołach?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

4

[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy użytkownik dopuści wózek o wymiarach szer. 82 x gł. 66 x wys. 99 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

5

[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy użytkownik dopuści szufladę o wysokości 13 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

6

[pakiet 1, pkt.: 1, 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o konstrukcji i frontach szuflad wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)? Fronty lakierowane proszkowo wg palety RAL (minimum 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) – dotyczy l.p. 1, 6

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia SWZ.

7

[pakiet 1, pkt 9](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę z 11 pojemnikami? – dotyczy l.p. 9

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia SWZ.

8

[pakiet 1, pkt 11](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985mm (wysokość podana bez nadstawki)? – dotyczy l.p. 11.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

9

[pakiet 2, pkt 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o długości 860mm? – dotyczy l.p. 4

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia SWZ.

10

pakiet 2, pkt 2

Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje półkę dolną zagłębioną tzw. „fala morska”? – dotyczy l.p. 2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

11

pakiet 2, pkt 2

Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o wymiarach: większy - 530x325x200, mniejszy - 325x176x200. Wymiary wewnętrzne pojemników (dłxszxgł) w mm: większy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200? – dotyczy l.p. 2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Przyjęto orientacyjny podział na dwie części (1/3 i 2/3). Doprecyzowano zapisy w SWZ.

12

pakiet 2

Pytanie:

Czy pisząc o stali nierdzewnej – Zamawiający ma na myśli stal w gatunku 1.4301 (304)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia był wykonany ze stali nierdzewnej.

13

pakiet 3

Pytanie:

Czy pisząc o stali nierdzewnej – Zamawiający ma na myśli stal w gatunku 1.4301 (304)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia był wykonany ze stali nierdzewnej.

14

pakiet 6

Pytanie:

Czy pisząc o stali kwasoodpornej– Zamawiający ma na myśli stal w gatunku 1.4301 (304)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia był wykonany ze stali nierdzewnej.

15

pakiet 7

Pytanie:

Czy pisząc o stali kwasoodpornej– Zamawiający ma na myśli stal w gatunku 1.4301 (304)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia był wykonany ze stali nierdzewnej.

16

pakiet 7

Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje następujące wymiary: 880mm – długość parawanu przy złożeniu, 2060mm – długość parawanu po rozłożeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

17

pakiet 9, poz. 1

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie postawy trójramiennej z pięcioma kółkami fi 50mm?

poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

18

[pakiet 9, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie taboretu z zakresem regulacji 490/630mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

19

[pakiet 9, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy pisząc o stali nierdzewnej – Zamawiający ma na myśli stal w gatunku 1.4301 (304)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia był wykonany ze stali nierdzewnej.

20

[pakiet 9, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie postawy trójramiennej z pięcioma kółkami fi 50mm?

poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

21

[pakiet 9, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie taboretu z zakresem regulacji 490/630mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

22

[pakiet 9, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy pisząc o stali nierdzewnej – Zamawiający ma na myśli stal w gatunku 1.4301 (304)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia był wykonany ze stali nierdzewnej.

23

[pakiet 10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stołu o konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), niemalowanej?

Oferowane rozwiązanie jest trwalsze niż opisane w SWZ (stal malowana może odpryskiwać).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

24

[pakiet 10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający zaakceptuje materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

25

[pakiet 10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym regulacja kąta nachylenia segmentu podgłówka, segmentu oparcia oraz segmentów podnóżków odbywa się ręcznie z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających bezstopniową regulację? Natomiast regulacja pozycji Trendelenburga oraz anti-Trendelenburga.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

26

[pakiet 12](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka z podstawą ze stali nierdzewnej niemalowanej w gatunku 1.4301 (304) w kształcie litery A, z możliwością dokowania, co znacznie ułatwia magazynowanie i transportowanie wyrobu (mniejsza przestrzeń).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia SWZ.