

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 6

zestaw 1 [zam.: 05.08.2022]	2
zestaw 2 [zam.: 08.08.2022]	4
zestaw 3 [zam.: 09.08.2022]	5

1

[pakiet 1, poz. 2÷5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną 2-2,5ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-22 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

2

[pakiet 1, poz. 2÷5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści tłok w kolorze mlecznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa koloru tłoka wskazuje, że ma być kontrastujący-różny w odniesieniu do pozostałej części strzykawki.

3

[pakiet 1, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. strzykawek ze skalą 0,5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

4

[pakiet 1, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. strzykawek ze skalą 1 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

5

[pakiet 1, poz. 2÷5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę w stosunku do pojemności nominalnej o minimum 20%? Tzn.: strzykawka 2 -3 ml, 5 – 6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

6

[pakiet 1, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, z ewentualnym zaokrągleniem do pełnych opakowań.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ:

Dopuszcza się opakowanie z mniejszą liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba będzie wynosić 20 000 sztuk. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.

7

Pytanie:

Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę z końcówką ściętą pod kątem 45 stopni i dodatkową końcówkę w kształcie stożka?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

8

[pakiet 1, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. strzykawek ze skalą 50/60ml?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

zestaw 1

zam.: 5.08.2022 r.

9

[pakiety 1, poz. 9](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. strzykawkę ze skalą 50ml?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

10

[pakiety 2, poz. 1](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści przepływ 320ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

1

[pakiet 1, poz. 2÷7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wydzieli poz.2-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiegokolwiek pozycji z pakietu.

2

[pakiet 1, poz. 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3

[pakiet 1, poz. 2÷5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu blister-pack?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4

[pakiet 1, poz. 2÷5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe posiadające pojedyncze zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

5

[pakiet 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zamkniętego łącznika bezigłowego:

Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 170ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

1

pakiet 2

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego

kompatybilnego z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiadający przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylno- sterylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

2

pakiet 2

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór ma nie wywoływać refluksu krwi do światła cewnika, czyli ma posiadać neutralne ciśnienie przy odłączaniu od zaworu końcówki luer?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3

pakiet 2

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

4

pakiet 2, poz. 1

Pytanie:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów i dopuszczenie produktu renomowanego producenta Becton Dickinson o parametrach:

Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim w kolorze różnym niż zawór, pakowany pojedynczo, rozmiar ok 0,20 mm; waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną splitseptum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymanie zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowy. Ilość aktywacji 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Ten sam producent co kaniule lub rekomendowany i sprzedawany przez producenta kaniul, umieszczony w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelności kaniul obwodowych, koreczków i portów.

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe posiadające pojedyncze zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie:

Prosimy o **wprowadzenie** do wzoru umowy **postanowień waloryzacyjnych**, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podoląć tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść zapisów w projekcie umowy.