

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 4*

zestaw 1 [zam.: 05.08.2022]	.....	2
zestaw 2 [zam.: 08.08.2022]	.....	3
zestaw 3 [zam.: 09.08.2022]	.....	4

1

[pakiet 1](#)

---

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści rury karbowane w zwoju o długości 50m, z mankietem co 20cm, średnica 22mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

1

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jednorazową elektrodę neutralną symetrycznie dzieloną z pierścieniem ekwipotencjalnym 21cm<sup>2</sup>, oddzieloną elektrycznie i mechanicznie od dwóch połówek elektrody przeznaczoną zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci o wadze od 2 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

1

[pakiet 2, poz. 1](#)

---

**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej dzielonej REM w rozmiarze 164x117mm, powierzchnia aktywna 107cm<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita 165 cm<sup>2</sup>, bez pierścienia ekwipotencjalnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.