

Siemianowice Śląskie, 12.12.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej, sprawa nr CLO/ZP/70/2022

Pakiet 10

Pytanie 1:

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym z łącznikiem T, wyposażony w zastawkę która otwiera i zamyka się samoistnie i pozwala na podanie leku bez otwierania obwodu czy przerywania wentylacji, MMAD 3.3 μm , tempo nebulizacji zbliżone do oczekiwanego 0,34 ml/min, pojemność 10 ml. Bez konieczności stosowania dodatkowej przestrzeni martwej, dren 180 cm, czysty biologicznie. Wyrób medyczny. Produkt jak na zdjęciu:



Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

adres: ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, GPS: 50.30504°N, 19.02953°E

REGON 272165010, NIP 643-10-05-873

centrala 32 229 20 00 / biuro dyrektora 32 735 76 00 / fax 32 735 76 03 / e-mail: clo@clo.com.pl

konto bankowe: ING Bank Śląski o/Siemianowice Śląskie 65 1050 1357 1000 0022 0881 0537

forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

KRS nr 0000182167 prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr 13790



www.clo.com.pl

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z opisem SWZ.

Pytanie 2:

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą od 0,5 m do minimum 1,5 m, w zestawie z 2 litrowym workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego co około 6 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy zbliżony do oczekiwanego 0,14 cm H₂O i wydechowy zbliżony do oczekiwanego 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/ min, mikrobiologicznie czysty.

Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3:

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej maseczki tlenowej z drenem i nebulizatorem, wykonanej z przezroczystego, nietoksycznego PP (bez ftalanów). Przeznaczona do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, przewód o długości 2,1 m, zakończony uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub nebulizatorem.

Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z opisem SWZ.

Pytanie 4:

Pytania do wzoru umowy:

Prosimy Zamawiającego o modyfikacje kar umownych w §7 ust 1 do 0,2% wartości niedostarczonych produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.