

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 12

| | |
|-----------------------------------|----|
| zestaw 1 [zam.: 03.01.2023] | 2 |
| zestaw 2 [zam.: 05.01.2023] | 3 |
| zestaw 3 [zam.: 09.01.2023] | 8 |
| zestaw 4 [zam.: 10.01.2023] | 12 |

zestaw 1

zam.: 3.01.2023 r.

1[pakiet 3, poz. 1 i 2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści ofertę na: parawany (pakiet nr 3) z następującymi parametrami:

Parawan przyścienny o szerokości w stanie złożonym 80 cm, z zasłoną o wymiarach 180x200 cm (szer. x wys.)

Parawan mobilny o szerokości jednego skrzydła 96 cm?

Pozostałe parametry parawanów zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

2[pakiet 2, poz. 1 i 2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści ofertę na: Lampy zabiegowe LED (pakiet nr 5) z następującymi parametrami – dotyczy pozycji 1 i 2:

Liczba diod 7, temperatura barwowa 4500 +/- 500K, natężenie światła z odległości 100cm - 35000lx / 80 cm- 48000 lx / 50 cm - 65000 lx, brak regulacji natężenia światła, wielkość plamy świetlnej (wielkość strumienia)zodległości 100 cm - plama o średnicy 18 cm / 80 cm - 14 cm / 50 cm - **10 cm**, żywotność led-ów **35000 h**?

Pozostałe parametry lamp zabiegowych zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

1

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści 85 cm szerokości leża przy zachowaniu pozostałych wymogów w Lp. 4?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

2

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 425mm do 780mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

3

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki chroniące pacjenta na min. $\frac{3}{4}$ długości leża przy spełnieniu pozostałych wymogów w Lp. 7?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

4

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 11](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pilot z możliwością włączenia podświetlenia leża w miejsce latarki?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

5

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 17](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści systemu podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców i nóg, który umożliwia regresję płaszczyzny tułowia (110mm) oraz regresję nóg (70mm). Podwójny system autoregresji pozostawia pustą przestrzeń na nogi i pośladki do 18 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

6

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 22](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wbudowane zasilanie awaryjne o poniższych właściwościach?

- pozwalające na użytkowanie łóżka przez minimum 30 min podczas transportu lub w sytuacjach zaniku zasilania sieciowego.
- diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora/dodatkowego zasilania w panelu sterowania dla personelu. Alarm dźwiękowy informujący o niskim poziomie zasilania akumulatorowego.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisami SWZ.

7

[pakiet 5, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę o natężeniu światła w odległości: 60,9 cm - 100 000 luksów, 100 cm - 55 000 luksów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

8

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 3](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca tylko na boki w segmencie oparcia pleców oraz segmencie podudzia? W oferowanym łóżku nie ma konieczności stosowania zabezpieczenia przed przesuwaniem się materaca wzdłuż, ponieważ ogranicznikiem dla materaca w segmencie nożnym jest ściśle przylegający do ramy leża szczyt łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

9

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 4](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 200 x 85 cm co będzie traktowane jako wymiary leża, ze względu na to, że pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

10

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 4](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 200 x 80 cm co będzie traktowane jako wymiary leża, ze względu na to, że pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

11

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 5](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o długości maksymalnej 220 cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

12

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 5](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o długości maksymalnej 222 cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

13

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 6](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

14

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 7](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez możliwości zamontowania dodatkowych barierek bocznych zabezpieczających pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

15

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 8](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcje regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym w zakresie regulacji wysokości, regulacji segmentu oparcia pleców, regulacji segmentu uda, funkcji autokontur - możliwość blokowania funkcji sterujących przez personel medyczny z poziomu centralnego panelu sterowania (zablokowanie danej funkcji na centralnym panelu sterowania spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie), diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach tylko w panelu dla personelu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

16

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 11](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w pilota bez wbudowanej latarki LED?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

17

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 11](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w pilota bez podświetlanych przycisków?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

18

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 13](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment podudzia regulowany mechanicznie za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

19

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 17](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda tylko do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

20

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 22](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora/dodatkowego zasilania w panelu sterowania dla personelu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

21

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 22](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez alarmu dźwiękowego informującego o niskim poziomie zasilania akumulatorowego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

22

[pakiet 6, poz. 1, Lp. 26](#)**Pytanie:**

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego krążki odbojowe o średnicy 65 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

23

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac wykonany w górnej części z pianki z pamięcią kształtu ciała oraz w dolnej części z pianki poliuretanowej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

24

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca materaca wyposażonego w odpinany zamek w kształcie litery „L” lub „U”?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

25

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonana jest ściana na której będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź:

Ściana jest z cegły obłożona płytami gipsowymi na profilu.

26

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź:

Lampa zasilana jest za pomocą standardowego przewodu zasilającego, który zgodnie ze SWZ ma mieć minimum 2,5 m.

27

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę z temp. barwową 4750 K?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

28

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę z wielkością strumienia dla 50 cm: 11 cm w tym zakresie pełna iluminacja światła? Plama światła jest zdecydowanie większa i wynosi oczekiwane 15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

29

[pakiet 5, poz. 2](#)**Pytanie:**

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonana jest ściana na której będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź:

Ściana jest z cegły obłożona płytami gipsowymi na profilu.

30[pakiet 5, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź:

Lampa zasilana jest za pomocą standardowego przewodu zasilającego, który zgodnie ze SWZ ma mieć minimum 2,5 m.

31[pakiet 5, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę z temp. barwową 4750 K?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

32[pakiet 5, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę z temp. barwową 4500 K?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

33[pakiet 5, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem światła dla 100 cm: 60 000 luksów ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

34[pakiet 5, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę z wielkością strumienia dla 100 cm: 17 cm w tym zakresie pełna iluminacja światła?

Plama światła jest zdecydowanie większa i wynosi ok. 22 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

35[pakiet 5, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji natężenia światła oraz wł/wył. - realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczone na czaszy w zakresie 20 000 – 65 0000 lux (w 5 krokach)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

1

[pakiet 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózek kąpielowy z poręczami i szczytami ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

2

[pakiet 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek kąpielowy posiadający indywidualną blokadę kół?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

3

[pakiet 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek kąpielowy, którego niecka wyposażona jest w odpływ, ale nie posiada korka?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

4

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z leżem o szerokości 85 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

5

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne nie posiadające tulei umożliwiających zamontowanie dodatkowych barierek bocznych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

6

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, którego pilot i panel nie posiadają diodowych wskaźników informujących o zablokowanych regulacjach?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

7

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, którego pilot nie posiadają diodowych wskaźników informujących o zablokowanych regulacjach ale wskaźniki informujące o zablokowanej funkcji wyświetlane są na panelu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

8

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne, które zamiast alarmu dźwiękowego informującego o przeciążeniu wyposażone jest w diodę spełniającą taką samą funkcję?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

9

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne, którego pilot nie posiada wbudowanej latarki LED?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

10

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne, którego pilot posiada przyciski podświetlane podczas użycia danej funkcji na pilocie (przycisku)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

11

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Zamawiający wymagając funkcji tzw. zaawansowanej autoregresji, czyli odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, precyzyjnie wskazał także system konstrukcji tego mechanizmu (teleskopowy), przy czym jest to system charakterystyczny dla konkretnego producenta. Dla zachowania konkurencyjności ofert prosimy o dopuszczenie innego niż teleskopowy rozwiązania konstrukcyjnego, prowadzącego mechanicznie dokładnie do tego samego efektu w postaci tzw. zaawansowanej autoregresji czyli odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

12

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z barierkami o wysokości 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

13

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne, którego panel sterowania nie posiada diodowego wskaźnika stanu naładowania akumulatora/dodatkowego zasilania?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

14

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne, które nie posiada alarmu dźwiękowego informującego o niskim poziomie zasilania akumulatorowego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

15

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne posiadające indywidualną blokadę kół?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

16

[pakiet 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową, której szuflady wysuwane są na prowadnicach rolkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

17

[pakiet 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 84 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

18

[pakiet 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

19

[pakiet 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego 74-104 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

20

[pakiet 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową z kołami jezdnyimi o średnicy 50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

21

[pakiet 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową z indywidualną blokadą każdego koła? Pragniemy zaznaczyć, iż opisany w wymaganiach Zamawiającego system blokowania i odblokowywania kół jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta, co wpływa na możliwość złożenia ofert konkurencyjnych przez innych Wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

22

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 6 dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości leża, w zakresie 400 mm do 850 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

23

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 12 dopuści łóżko z regulacją elektryczną kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy 70°?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

24

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w II pkt. 11 dopuści materac przeciwodleżynowy o bezpiecznym obciążeniu do 200 kg, pokrowiec wyposażony w odpinany zamek dookoła 180°?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

25

[pakiet 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w pkt 1 szafkę o poniższych parametrach:

1. Szafka dwustronna z możliwością postawienia z prawej lub lewej strony łóżka.
Wymiary:
Szerokość - 540 mm
Głębokość - 510 mm
Wysokość - 900 mm
Wysokość drzwiczek - 360 mm
Wysokość szuflady - 90 mm
Wolna przestrzeń między szufladą a drzwiczkami na rzeczy pacjenta 120 mm
2. Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym.
3. Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne.
4. Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l.
5. Błaty szafki (główny i boczny) wykonane z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów.
6. Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi.
7. Szafka posiada cztery koła jezdne o \varnothing 65 mm, każde z blokadą.
8. Półka na obuwie w dolnej części szafki wykonana z metalowej siatki montowanej na stałe.
9. Dodatkowy blat boczny z możliwością chowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości w zakresie 780 – 1180 mm oraz nachylenia w min. 3 pozycjach, blat boczny o wymiarach 550 x 320 mm i obciążeniu do min. 10 kg.
10. Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady.
11. Czoła szuflady i szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z możliwością wyboru koloru min. 16 kolorów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

26

[pakiet 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 2 dopuści wózek kąpielowy gdzie: długość dna niecki wanny wynosi 178 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

27

[pakiet 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 6 dopuści wózek kąpielowy, którego konstrukcja, oraz wyprofilowanie, uniemożliwia zahaczenie wózka narożnikami?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

1

[projekt umowy: § 7 ust. 1-5](#)**Pytanie:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1-5:

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji określonego w § 3 ust. 2 do dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub nabycia go przez zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 6, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niewykonania przedmiotu umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto.
5. Wykonawca zapłaci karę umowy z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) - za każdorazowe naruszenie.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.