

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 5*

zestaw 1 [zam.: 17.01.2023] .....	2
zestaw 2 [zam.: 30.01.2023] .....	3

**1**

---

**Pytanie:**

Czy istnieje możliwość wizji lokalnej w najbliższą środę, tj. 18.01.2023 w godzinach 11-12?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

**1****Pytanie:**

Zwracam się z pytaniem do postępowania przetargowego CLO/ZP/83/2022 czy Zamawiający uzna za spełniony warunek "*co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie pomieszczeń związanych z utworzeniem Pracowni rentgenodiagnostyki o wartości minimum 500 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)*" przez Wykonawcę legitymizującego się wykonaniem w ostatnich 5 latach w ramach jednego zadania wykonaniem pracowni izotopowej klasy 2 oraz wykonaniem osłon radiologicznych dla potrzeb pracowni SPEC/CT.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna za spełniony we wskazanym zakresie.

**2***Zał. nr 2: pkt IX, ppkt 3***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie, w którym obsługa odbywa się w intuicyjny sposób przy pomocy piktogramów oraz napisów w języku angielskim?

*Programy anatomiczne opisane są w języku polskim, a ponadto w przygotowaniu jest pełna polska wersja interfejsu, która zostanie zainstalowana przy najbliższej aktualizacji systemu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis załącznik 2 pkt IX ppkt 3 na zapis:

*Obsługa aplikacji oraz język interfejsu spełniające wymagania zapisów art. 12 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.*

**3***projekt umowy: § 9 ust. 2 pkt 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na 0,2% za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**4***projekt umowy: § 12a ust. 9***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

*W przypadku 3 krotnej naprawy danego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego podzespołu na nowy?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**5***projekt umowy: § 12a ust. 11***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

*Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu do 48godzin (...). Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych liczonych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 12*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**6***par. V (Statyw do zdjęć pionowych): pkt 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu o wartości 139 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

7

*par. V (STATYW DO ZDJĘĆ PIONOWYCH): pkt 2***Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści kratkę pozwalającą na wykonanie ekspozycji dla SID/FFD 40-72" (101,6 – 182,88 cm)?

Alternatywnie czy Zamawiający dopuści dostarczenie dwóch krutek przeciwrozproszeniowych dla SID/FFD: 150 oraz 180 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści rozwiązanie z dwoma kratkami przeciwrozproszeniowymi spełniającymi zapisy pkt. 2.

8

*par. VI (STÓŁ DIAGNOSTYCZNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM ORAZ REGULACJĄ WYSOKOŚCI): pkt 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu o wartości 35 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

9

*par. VI (STÓŁ DIAGNOSTYCZNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM ORAZ REGULACJĄ WYSOKOŚCI): pkt 4***Pytanie:**

Wnosimy o dopuszczenie 28,5 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści.

10

*par. VI (STÓŁ DIAGNOSTYCZNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM ORAZ REGULACJĄ WYSOKOŚCI): pkt 5***Pytanie:**

Wnosimy o dopuszczenie 1,7 cm/s.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

11

*par. VI (STÓŁ DIAGNOSTYCZNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM ORAZ REGULACJĄ WYSOKOŚCI): pkt 7***Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści kratkę pozwalającą na wykonanie ekspozycji dla SID/FFD 34-44" (86,36 – 111,76 cm)?

Alternatywnie czy Zamawiający dopuści dostarczenie kratki przeciwrozproszeniowej dla SID/FFD: 100 cm dedykowanej do pracy z konkretnym detektorem umożliwiając wykonanie wszystkich procedur obrazowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązania.

Zamawiający dopuści rozwiązanie z dwoma kratkami przeciwrozproszeniowymi spełniającymi zapisy pkt. 7.

12

*par. VII (DETEKTOR CYFROWY DR): pkt 5***Pytanie:**

Wnosimy o dopuszczenie detektora o wartości DQE 51%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

13

**Pytanie:**

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia oprogramowania softwarowej kratki przeciwrozproszeniowej – tj. oprogramowania które zastępuje wykorzystanie kratki fizycznej w przypadku wykonywania wolnych ekspozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**14****Pytanie:**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ramię, na której jest mocowana lampa RTG miało możliwość ruchu poziomego tj. użytkownik będzie miał możliwość wyciągnięcia lampy do siebie tym samym zwiększając możliwość pozycjonowania lampy względem pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.