

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 272165010
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Jana Pawła II 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Siemianowice Śląskie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 41-100
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@clo.com.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.clo.com.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00010644
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-04

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00574346
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 20)

Przed zmianą:

Pakiet 20: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Rury karbowane w zwoju o długości 50 mb (+/-2m), z mankietem co 20 lub 40 cm, średnica 22mm. Wyrób medyczny. Ilość: 200 sztuk.

Po zmianie:

Pakiet 20: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Rury karbowane w zwoju o długości 50 mb (+/-2m), z mankietem co 20 lub 40 cm (+/- 0,5 cm), średnica 22mm. Wyrób medyczny. Ilość: 200 sztuk.

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 21)

Przed zmianą:

Pakiet 21: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Igły do wstrzyknień, jednorazowego użytku, sterylne, posiadające mechanizm stabilizacji igły (długopisowy) oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr. 2,4mm, dł. 230 cm, rozmiar igły 23G, dł. igły 4 mm. Ilość: 30 sztuk.
2. Igły do wstrzyknień, jednorazowego użytku, sterylne, posiadające mechanizm stabilizacji igły (długopisowy) oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr. 2,4mm, dł. 230cm, rozmiar igły 23G, dł. igły 6 mm. Ilość: 30 sztuk.
3. Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, rozwarcie 90 stopni, długość

ramion 15mm. Ilość: 50 sztuk.

4. Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16mm. Ilość: 30 sztuk.

5. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3mm, długość robocza 2300mm, średnica pętli 10mm, średnica przewodu 0,40mm. Ilość: 80 sztuk.

6. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3mm, długość robocza 2300mm, średnica pętli 6 mm, średnica przewodu 0,40mm. Ilość: 50 sztuk.

7. Pułapka na polipy- jednorazowa, z jedną komorą. Ilość: 100 sztuk.

8. Kleszczyki biopsyjne jumbo jednokrotnego użytku, kolonoskopowe, łyżeczki owalne, bez igły, średnica minimum 3,0mm , długość robocza 230cm (+/- 10cm), rozwarcie łyżeczki 10 mm. (+/-1mm). Ilość: 300 sztuk.

9. Kleszczyki biopsyjne jednokrotnego użytku, gastroskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, długość miseczki 3,4mm (+/-0,2mm), szerokość miseczki 2,3mm , rozwarcie łyżeczki do 6,5mm, długość robocza 180cm (+/- 20cm) do kanału operacyjnego 2,8mm. Ilość: 140 sztuk.

10. Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską, szerokość 30mm, wysokość 22mm. Ilość: 150 sztuk.

11. Szczoteczki do czyszczenia bronchoskopów, średnica szczoteczki 3mm, długość 100cm (+5cm). Jednokrotnego użytku. Ilość: 100 sztuk.

12. Szczoteczki czyszczące, jednorazowe, dwustronne; jedna: średnica włosia 5mm długość szczoteczki 20mm, druga: średnica włosia 10mm długość szczoteczki 30mm, długość narzędzia 2300mm, średnica cewnika 1,7mm. Ilość: 150 sztuk.

13. Szczoteczka cytologiczna średnica 1,8mm, długość robocza 1200mm, do kanału roboczego o średnicy 2,0mm. Ilość: 30 sztuk.

14. Koszyk do pobierania i usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego. Obrotowy uchwyt , cztero- drutowy. Średnica 2,3 mm\, długość 2300 mm, średnica koszyka 25 mm. Ilość: 10 sztuk.

Wszystkie pozycje pakietu 21 muszą być wyrobami medycznymi.

Po zmianie:

Pakiet 21: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Igły do wstrzyknięć, jednorazowego użytku, sterylne, posiadające mechanizm stabilizacji igły (długopisowy) oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr. 2,4mm, dł. 230 cm, rozmiar igły 23G, dł. igły 4 mm. Ilość: 30 sztuk.

2. Igły do wstrzyknięć, jednorazowego użytku, sterylne, posiadające mechanizm stabilizacji igły (długopisowy) oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr. 2,4mm, dł. 230cm, rozmiar igły 23G, dł. igły 6 mm. Ilość: 30 sztuk.

3. Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, rozwarcie 90 stopni, długość ramion 15mm (+1mm). Ilość: 50 sztuk.

4. Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16mm. Ilość: 30 sztuk.

5. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3mm, długość robocza 2300mm, średnica pętli 10mm, średnica przewodu 0,40mm. Ilość: 80 sztuk.

6. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3mm, długość robocza 2300mm, średnica pętli 6 mm, średnica przewodu 0,40mm. Ilość: 50 sztuk.

7. Pułapka na polipy- jednorazowa, z jedną komorą. Ilość: 100 sztuk.

8. Kleszczyki biopsyjne jumbo jednokrotnego użytku, kolonoskopowe, łyżeczki owalne, bez igły, średnica minimum 3,0mm , długość robocza 230cm (+/- 10cm), rozwarcie łyżeczki 10 mm. (+/-1mm). Ilość: 300 sztuk.

9. Kleszczyki biopsyjne jednokrotnego użytku, gastroskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, długość miseczki 3,4mm (+/-0,2mm), szerokość miseczki 2,3mm , rozwarcie łyżeczki do 6,5mm, długość robocza 180cm (+/- 20cm) do kanału operacyjnego 2,8mm. Ilość: 140 sztuk.

10. Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską, szerokość 30mm, wysokość 22mm. Ilość: 150 sztuk.

11. Szczoteczki do czyszczenia bronchoskopów, średnica szczoteczki 3mm, długość 100cm (+20cm). Jednokrotnego użytku. Ilość: 100 sztuk.

12. Szczoteczki czyszczące, jednorazowe, dwustronne; jedna: średnica włosia 5mm długość szczoteczki 20mm, druga: średnica włosia 10mm długość szczoteczki 30mm, długość narzędzia 2300mm, średnica cewnika 1,7mm. Ilość: 150 sztuk.

13. Szczoteczka cytologiczna średnica 1,8mm, długość robocza 1200mm, do kanału roboczego o średnicy 2,0mm. Ilość: 30 sztuk.

14. Koszyk do pobierania i usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego. Obrotowy uchwyt , cztero- drutowy. Średnica 2,3 mm\, długość 2300 mm, średnica koszyka 25 mm. Ilość: 10 sztuk.

Wszystkie pozycje pakietu 21 muszą być wyrobami medycznymi.

### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

#### 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 6)

Przed zmianą:

Pakiet 6: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Kabel EKG 10 min. 1 m odprowadzeniowy zakończony wtykami typu banan 4 mm. Długość kabla: przewód zbiorczy 250 cm, odprowadzenia przedsercowe 75 cm, odprowadzenia kończynowe 115 cm. Kabel kompatybilny z aparatem MORTARA ELI 250. Ilość: 1 sztuka.

2. Kabel EKG typu KEKG-30R min. 1 m kompatybilny z aparatem As Card. Ilość: 1 sztuka.

3. Kabel EKG do monitorowania rozłączny, 5-odprowadzeniowy, zakończony od strony aparatu wtykiem okrągłym 12-pin, natomiast od strony przewodów dołączeniowych złączem w systemie VS, o długości kabla zbiorczego 270 cm. Kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 1 sztuka.
  4. Komplet (5 szt.) przewodów dołączeniowych EKG do kabli do monitorowania z systemem VS. Każdy przewód ma długość 60 cm i jest zakończony od strony elektrod EKG klamrą, natomiast od strony kabla głównego gniazdem w systemie VS. Ilość: 1 komplet.
  5. Czujnik temperatury min. 1 m wielokrotnego użytku skórny dla dorosłych, kompatybilny z urządzeniem Philips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 2 sztuki.
  6. Przewód powietrzny do mankietu NIBP kompatybilny z Monitorem Philips, przeznaczony dla dorosłych i dzieci, 1-liniowy, dł. 2,5 m / 3.0 m. Ilość: 2 sztuki.
  7. Czujnik saturacji, wielokrotnego użytku SpO2 na palec dł. kabla min. 1,5 m kompatybilny z kardiomonitorem Philips Intelli Vue X3. Ilość: 3 sztuki.
  8. Mankiet NIBP dla dorosłych, mały, 20-28 cm, 1-liniowy z workiem, bez łącznika przeznaczony do nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyrób niesterylny. Mankiet należy uzupełnić o adaptory NIBP, umożliwiające połączenie z konkretnym urządzeniem. Ilość: 2 sztuki.
  9. Mankiet NIBP, dla dorosłych, duży, długi, 34-47 cm, 1-liniowy bez worka, bez łącznika. Ilość: 2 sztuki.
  10. Adapter NIBP spełnia rolę łącznika pomiędzy przewodem powietrznym a urządzeniem. Standardowy mankiety NIBP posiada przewód powietrzny bez zakończenia. Zastosowanie adaptera daje możliwość podłączenia mankietu do wybranego urządzenia monitorującego parametry życiowe pacjenta. Pozwala na podłączenie mankietu. Kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 10 sztuk.
- Wszystkie pozycje pakietu 6 muszą być wyrobami medycznymi z wyłączeniem pozycji 10.

Po zmianie:

Pakiet 6: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Kabel EKG 10 odprowadzeniowy min. 1 m zakończony wtykami typu banan 4 mm. Długość kabla: przewód zbiorczy 250 cm, odprowadzenia przedsercowe 75 cm, odprowadzenia kończynowe 115 cm. Kabel kompatybilny z aparatem MORTARA ELI 250. Ilość: 1 sztuka.
  2. Kabel EKG typu KEK G-30R min. 1 m kompatybilny z aparatem As Card. Ilość: 1 sztuka.
  3. Kabel EKG do monitorowania rozłączny, 5-odprowadzeniowy, zakończony od strony aparatu wtykiem okrągłym 12-pin, natomiast od strony przewodów dołączeniowych złączem w systemie VS, o długości kabla zbiorczego 270 cm. Kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 1 sztuka.
  4. Komplet (5 szt.) przewodów dołączeniowych EKG do kabli do monitorowania z systemem VS. Każdy przewód ma długość 60 cm i jest zakończony od strony elektrod EKG klamrą, natomiast od strony kabla głównego gniazdem w systemie VS. Ilość: 1 komplet.
  5. Czujnik temperatury min. 1 m wielokrotnego użytku skórny dla dorosłych, kompatybilny z urządzeniem Philips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 2 sztuki.
  6. Przewód powietrzny do mankietu NIBP kompatybilny z Monitorem Philips, przeznaczony dla dorosłych i dzieci, 1-liniowy, dł. 2,5 m / 3.0 m. Ilość: 2 sztuki.
  7. Czujnik saturacji, wielokrotnego użytku SpO2 na palec dł. kabla min. 1,5 m kompatybilny z kardiomonitorem Philips Intelli Vue X3. Ilość: 3 sztuki.
  8. Mankiet NIBP dla dorosłych, mały, 20-28 cm (+/- 1 cm), 1-liniowy z workiem, bez łącznika przeznaczony do nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyrób niesterylny. Mankiet należy uzupełnić o adaptory NIBP, umożliwiające połączenie z konkretnym urządzeniem. Ilość: 2 sztuki.
  9. Mankiet NIBP, dla dorosłych, duży, długi, 34-47 cm (+/- 1 cm), 1-liniowy bez worka, bez łącznika. Ilość: 2 sztuki.
  10. Adapter NIBP spełnia rolę łącznika pomiędzy przewodem powietrznym a urządzeniem. Standardowy mankiety NIBP posiada przewód powietrzny bez zakończenia. Zastosowanie adaptera daje możliwość podłączenia mankietu do wybranego urządzenia monitorującego parametry życiowe pacjenta. Pozwala na podłączenie mankietu. Kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 10 sztuk.
- Wszystkie pozycje pakietu 6 muszą być wyrobami medycznymi z wyłączeniem pozycji 10.

### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2024-01-09 09:00

Po zmianie:  
2024-01-11 09:00

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2024-01-09 10:00

Po zmianie:  
2024-01-11 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2024-02-05

Po zmianie:  
2024-02-07