

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 3

zestaw 1 [zam.: 06.03.2023]	2
zestaw 2 [zam.: 07.03.2023]	3

zestaw 1

zam.: 6.03.2023 r.

1[pakiet 7, poz. 3](#)**Pytanie:**

W związku z tym, że w pak. 7 poz. 3 wymagane są rękawice przeznaczone do stosowania w środowiskach aseptycznych i jałowych klasy A czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wyrób medyczny” a podtrzyma zapis aby rękawice były zaklasyfikowane jedynie jako środek ochrony indywidualnej z 23% stawką VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od ww. wymogu i dokonuje zmiany zapisów w SWZ.

2[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania rękawic z warstwą ochronno-pielęgnacyjną, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium – wraz z załączeniem badań do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania rękawic przebadanych na min. 2 alkohole, w tym odporny na min. 1 ostężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

1[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice nitrylowe zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III, mają posiadać typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony).

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

2[pakiet 5, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy mankiet rolowany powinien posiadać widoczne podłużne i poprzeczne wzmocnienia, tak jak dotychczas stosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.