

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 5*

zestaw 1 [zam.: 22.03.2023] .....	2
zestaw 2 [zam.: 24.03.2023] .....	4

1

[projekt umowy](#)**Pytanie:**

W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

**Odpowiedź:**

Wobec braku jasno sprecyzowanego pytania do wzoru umowy, Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.

2

[SWZ](#)**Pytanie:**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków.

*Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.*

**Odpowiedź:**

Warunki transportu przedmiotu umowy, zobowiązań Wykonawcy dotyczącej realizacji, a także związane z odpowiedzialnością za przedmiot umowy do czasu ostatecznego jego odbioru przez Zamawiającego, są uwzględnione w par 3 ust. 3 i 5 oraz par 6 ust. 2 i 3 projektu umowy.

3

[SWZ](#)**Pytanie:**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga przedstawienia ww. wykazu.

Warunki transportu przedmiotu umowy, zobowiązań Wykonawcy dotyczącej realizacji, a także związane z odpowiedzialnością za przedmiot umowy do czasu ostatecznego jego odbioru przez Zamawiającego, są uwzględnione w par 3 ust. 3 i 5 oraz par 6 ust. 2 i 3 projektu umowy.

4

[SWZ](#)**Pytanie:**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź:**

Warunki transportu przedmiotu umowy, zobowiązań Wykonawcy dotyczącej realizacji, a także związane z odpowiedzialnością za przedmiot umowy do czasu ostatecznego jego odbioru przez Zamawiającego, są uwzględnione w par 3 ust. 3 i 5 oraz par 6 ust. 2 i 3 projektu umowy.

5

[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści szpatułki pakowane w opakowania po 100 szt. z przeliczeniem ilości i podaniem ceny za opakowanie tj. 4 opakowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

6

[pakiet 1, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pałeczkę do pobierania wymazów (patyczek drewniany, wacik bawełniany),  $\varnothing$  bagietki 2,5 mm,  $\varnothing$  wacika 4 mm, długość całkowita 150 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ

7

[pakiet 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zamkniętego bezigłowego łącznika z 1 przedłużką (drenem) z opisem jak niżej:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje objętość wypełnienia 0,35 ml
- Dren wykonany z PUR (poliuretanu), długość drenu 3,0 cm, o średnicy  $\varnothing$  wew. 1,1 mm,zew.2,35 mm
- Długość całego zestawu około 9,5 cm
- Szybkość przepływu 143 ml/min
- Kompatybilny z MRI
- Wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowanie obudowy wykonanej z kopoliestru z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)
- Możliwość używania przez minimum 7 dni, ilość aktywacji 500 razy
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi i tłuszczów, chemioterapeutyków

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego ze SWZ

8

[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. zbiorcze a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wyceny za jedną sztukę.

9

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia klinicznego działania do 7 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

10

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. zbiorcze a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wyceny za jedną sztukę.

1

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie dot . pakietu 3 , czy 15 cm oznacza długość przedłużenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje długości przedłużki w całości nie większej niż 15 cm.

2

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 poz. 1 zaworu bezigłowego z przedłużeniem o długości 15cm ?

**Odpowiedź:**

Tak zamawiający dopuszcza.

3

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści wycenę zamkniętego bezigłowego łącznika dostępu naczyniowego z przedłużką, o przepływie 167ml/min. (w warunkach 110 cm roztworu izotonicznego) oraz możliwości zastosowania przez 7 dni lub 500 aktywacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

4

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 1 dopuści wycenę koreczków o parametrach:

*korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych typu luer-lock-prawidłowa dezynfekcja jest osiągnięta dzięki końcówce luer-lock. Szczelna ochrona po założeniu na łącznik, z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym. Dezynfekcja w ciągu 30 sekund. Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Każdy korek oznaczony datą ważności i numerem serii. Sterylny, pojedynczy, pakowany po 250 szt. w opakowaniu zabezpieczony plastikową folią (25 pasków foliowych po 10 sztuk), w kolorze niebieskim?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

5

[pakiet 2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wymaga, aby koreczki pakowane były pojedynczo, co zmniejsza ryzyko zakażeń krzyżowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

6

[pakiet 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy koreczki mają posiadać osłonę ułatwiającą ich aplikację bez ryzyka skażenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

7

[pakiet 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający oczekuje skuteczności dezynfekcji w czasie max 30 sekund?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**8**[pakiet 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przepływu grawitacyjnego min. 165 ml/min, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

**9**[pakiet 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w trosce o bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka omyłki, zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego z przedłużaczem ma chronić przed refluksiem krwi do światła cewnika bez względu na zastosowaną sekwencję klemowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

**10**[pakiet 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy droga płynu ma być widoczna na całej długości zaworu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**11**[pakiet 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy silikonowa przeźroczysta membrana zaworu ma przylegać bezpośrednio do obudowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.