

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 9*

zestaw 1 [zam.: 03.11.2023] .....	2
zestaw 2 [zam.: 07.11.2023] .....	4

1

[pakiet 1, poz. 3÷6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, w trosce o bezpieczeństwo personelu, aby pojemniki o pojemnościach, 3,5L oraz 10L posiadały otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2

[pakiety 1÷2](#)**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga aby pojemniki na odpady medyczne były wykonane z polipropylenu?

*Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

3

[pakiet 12](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie worka służącego do transportu próbek o wymiarach 15cm x 23cm, z zamknięciem strunowym, które jest wodoszczelne, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

*Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

4

[pakiet 9, poz. 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści kaczkę z tworzywa sztucznego z pokrywką, materiał: półprzezroczysty polietylen, z podziałką o pojemności 1l, wymiary: 29 x 12,5 x 14 cm?

Poniżej zdjęcie poglądowe:

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

5

[pakiet 9](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych, z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do 1 opakowania w górę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze, oczekuje jednak ilości wskazanej w zamówieniu oraz wyceny za 1 sztukę.

6

[pakiet 13](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 4kg i przepływie 25l/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

7

[pakiet 9, poz. 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści worek na mocz z zaworkiem zamiast lejka? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści produkt, który nie jest wyrobem medycznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

1

[pakiet 1, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) z pokrywą z wiekiem wykonaną z polipropylenu (PP)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

2

[pakiet 1, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 5l wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) z pokrywą z wiekiem wykonaną z polipropylenu (PP)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

3

[pakiet 1, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 5l wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) z pokrywą z wiekiem wykonaną z polipropylenu (PP)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

4

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 146mm i średnicy górnej 109mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

5

[pakiet 9, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę basenów za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze w dostawie. Wymaga jednak wyceny za sztukę.

6

[pakiet 9, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę pokryw basenu za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze w dostawie. Wymaga jednak wyceny za sztukę.

7

[pakiet 9, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaczek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze w dostawie. Wymaga jednak wyceny za sztukę.

8

[pakiet 9, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę misek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze w dostawie. Wymaga jednak wyceny za sztukę.

9

[pakiet 9, poz. 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę misek nerkowatych za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze w dostawie. Wymaga jednak wyceny za sztukę.

10

[pakiet 16, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę zarejestrowaną jako wyrób biobójczy na 8% stawce VAT?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający dokona zmiany w SWZ związanej ze stawką VAT.

11

[pakiet 21, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowy dla dorosłych z resuscytatorem i maską wykonaną z silikonu i workiem (rezerwuuar tlenu) wykonanym z EVA i PP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

12

[pakiet 25, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do zbiórki moczu za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze w dostawie. Wymaga jednak wyceny za sztukę.

13

[pakiet 25, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków do worków do zbiórki moczu za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze w dostawie. Wymaga jednak wyceny za sztukę.

14

[pakiet 25, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem zakończonym natłuszczoną końcówką posiadającą otwór centralny i otwór boczny, zabezpieczoną zatyczką, reszta parametrów zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

15

[pakiet 28, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich, 20% palmitynianu izopropylowego?

**Odpowiedź:**

Tak. Zgodnie z SWZ.

16

[pakiet 17, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu szczoteczki do zębów wraz z żelem do zębów w jednym opakowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

17

projekt umowy: § 7

**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o modyfikacje kar umownych w §7 ust 1 do 0,2% wartości niedostarczonych produktów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

18

pakiet 13

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 5,2 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

19

projekt umowy: § 7 ust. 1÷6

**Pytanie:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1-6:

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych zero groszy) brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji określonego w § 3 ust. 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części zamówienia.**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości **10%** (słownie: **dziesięć** procent) wynagrodzenia umownego brutto **należnego za niewykonaną część przedmiotu umowy** w przypadku niewykonania przedmiotu umowy.
3. W przypadku nieusunięcia wad w przedmiocie realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) brutto za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady licząc osobno od każdego zgłoszenia wady, **jednak nie więcej niż 10% wartości bruttowadliwej części przedmiotu umowy.**
4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości 10 % (słownie dziesięć procent) **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto.
5. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 18, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **5%** (słownie: **pięć** procent) całkowitego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
6. Wykonawca zapłaci karę umowy z tytułu nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości **100,00 zł** (słownie: **sto** złotych zero groszy) - za każdorazowe naruszenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

20

pakiet 16, poz. 1

**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, pomagającym utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 18 sekund przy mocy 1.000 W. 8 myjek w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

21

[pakiet 16, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje instrukcji użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym produktu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

22

[pakiet 16, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na opakowaniu ma znajdować się mini-karta obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

23

[pakiet 16, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, w rozmiarze 20x30 cm, wykonane z poliestrowej włókniny o min gęstości 75g/m<sup>2</sup>, nasycone 2% roztworem diglukonianuchlorheksydyny. Jedno opakowanie chusteczek zawiera co najmniej 3 g chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Chusteczki pakowane po 10 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

24

[pakiet 16, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje produktu biobójczego zarejestrowanego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z ich przeznaczeniem, stawka podatku VAT 8%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający dokona zmiany w SWZ związanej ze stawką VAT.

25

[pakiet 16, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy czepek do mycia głowy ma posiadać dwuwarstwową strukturę czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej oraz ma zawierać w składzie min. 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością m.in. wody i opisanych parametrów pierwotnie w SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

26

[pakiet 16, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje instrukcji użycia w języku polskim dołączoną do opakowania zbiorczego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

27

[pakiet 17, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

28

[pakiet 17, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej ma mieć potwierdzoną badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

29

[pakiet 17, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy każde pojedyncze opakowanie zestawu ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i ma pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

30

[pakiet 23, poz. 2÷4](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maski i cewniki do podawania tlenu mają być pozbawione lateksu, ftalanów, DEHP oraz bisfenolu (BPA)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

31

[pakiet 20, poz. 1÷2](#)**Pytanie:**

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie jakiegokolwiek pozycji z pakietu.

32

[pakiet 20, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie wielorazowego mankietu do infuzji ciśnieniowych o pojemności 500 ml, posiadający kieszeń, gruszkę i ciśnieniomierz. Zbudowany z grubych, wodoodpornych włókien poliestrowych. Tylne strona mankietu wzmocniona stałymi wewnętrznymi wkładkami. Zawiera przezroczyste okno pozwalające na wizualną obserwację poziomu płynu. Dokładność manometru  $\pm 2$  mmHg przy 300 mmHg. Konstrukcja odporna na prucie i rozerwanie. Pęcherz wykonany z TPU (termoplastyczny poliuretan). Poliestrowy uchwyt z pętlą do zawieszania. Pranie mankietu po odłączeniu gruszki, pęcherza i manometru w temperaturze do 30°C. Nie zawiera lateksu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.



33

[pakiet 20, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie wielorazowego mankietu do infuzji ciśnieniowych o pojemności 1000 ml, owijany z zapięciem na rzep, z gruszką i ciśnieniomierzem. Zbudowany z grubych, wodoodpornych włókien poliestrowych. Tylna strona worka wzmocniona stałymi wewnętrznymi wkładkami. Zawiera przezroczyste okno pozwalające na wizualną obserwację poziomu płynu. Dokładność manometru  $\pm 2$  mmHg przy 300 mmHg. Konstrukcja odporna na prucie i rozerwanie. Pęcherz wykonany z TPU (termoplastyczny poliuretan). Poliestrowy uchwyt z pętlą do zawieszania. Pranie mankietu po odłączeniu gruszki, pęcherza i manometru w temperaturze do 30°C. Nie zawiera lateksu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

34

[pakiet 26](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie strzygarki bez dodatkowego przycisku do zdejmowania ostrzy,  
*ponieważ budowa strzygarki i ostrzy umożliwia bezkontaktowy i higieniczny montaż a samo zdejmowanie ostrza i zdejmowanie ostrza tnącego odbywa się jedną ręką.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

35

[pakiet 26](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie trzystakresowej, obrotowej strzygarki posiadającej trzy pozycje:

- Kąt 0 stopni
- Kąt 45 stopni w lewo
- Kąt 45 stopni w prawo

ułatwiającej usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała; ostrza jednokrotnego użytku o szerokości 3,6cm,umożliwiający wymianę zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo); ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenia skóry, możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała, możliwość usuwania włosów krótkich i długich, suchych i mokrych.

Strzygarka zapewniająca minimum 60 minut pracy po pełnym naładowaniu baterii; bateria typu Li-ion 3,7V ICR 14500MAB 800mAh, spełniająca wymogi Dyrektywy:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- CE MDR IEC 60101-1:2005

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.