

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 3

zestaw 1 [zam.: 30.10.2023]	2
zestaw 2 [zam.: 31.10.2023]	3

zestaw 1

zam.: 30.10.2023 r.

1

[pakiet 12](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści rękaw Tyvek ze wskaźnikiem VH2O2 o gramaturze 64,5g/m², o zgrzewie dwukanałowym? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

2

[projekt umowy: § 7 ust. 1÷3](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 7 ust. 1,2,3 kara umowna za zwłokę wyniosła 15,00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

1[SWZ](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2[SWZ](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3[pakiet 4, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 750 sztuk na rolce z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie dokonuje zmiany zapisów SWZ.

4[pakiet 8, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści substancję naniesioną na arkusz w postaci jednolitego kwadratu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie dokonuje zmiany zapisów SWZ.

5[pakiet 9, poz. 1÷8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.