

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 3

zestaw 1 [zam.: 03.01.2024]	2
zestaw 2 [zam.: 04.01.2024]	3

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności materaca przeciwoleżynowego o poniższych parametrach:

- Profilaktyka i leczenie odleżyn do 2 stopnia włącznie
- Skuteczność terapeutyczna 180 kg
- Rozmiar 85 x 200 cm
- Wysokość 14 cm
- Zdolność do obniżania nacisku do poziomu poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu i poniżej 20 mmHg na minimum 95% powierzchni kontaktu u pacjentów o wadze 80 kg
- Materac posiadający wbudowaną funkcję siedzenia zapewniającą odpowiednie wsparcie w pozycji siedzącej i poprawę komfortu w pozycji leżącej
- Wykonany z pianki wysoko sprężystej o gęstości 65 kg/m³ i 50 kg/m³
- Profilowana powierzchnia górna z podziałem na strefy, w celu uzyskania optymalnej redystrybucji ciężaru ciała pacjenta oraz przepływu powietrza
- Dwuwarstwowa konstrukcja materaca (warstwa wierzchnia i spodnia) zapewnia minimalizację sił ścinających i sił tarcia (podczas zmiany pozycji leża siły mają rozkładać się pomiędzy warstwami materaca)
- Możliwość odkażania w komorze do dezynfekcji parowej – para wodna w nadciśnieniu w temp 105°C.
- Pokrowiec paroprzepuszczalny, zamykany na zamek błyskawiczny z możliwością prania w 95°C.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

1

[pakiet 3, pkt 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, którego segment nóg posiada podnóżek regulowany manualnie za pomocą mechanizmu śrubowego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

2

[pakiet 3, pkt 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy wyposażony w 4 koła o średnicy 125mm, z blokadami indywidualnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

3

[pakiet 3, pkt 9](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, którego wysokość regulowana jest elektrycznie w zakresie: od 55 do 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

4

[pakiet 3, pkt 9](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, którego segment oparcia pleców regulowany jest elektrycznie w zakresie: od 0° do 70°?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

5

[pakiet 5, pkt 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści lampę LED spełniająca wymóg szybkiego montażu, uniwersalnego klipsa do montażu na lupach, okularach korekcyjnych, ochronnych o wadze modułu LED do 10 gram z możliwością samodzielnego sterowania przez operatora na czysto przez sterylny fartuch oraz z wskaźnikiem diodowym niskiego poziomu naładowania baterii z opcją pracy do 24 godzin ciągłego świecenia przy max 6 godzinach ładowania?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

6

[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści, stałą temperaturę barwową 4300K oraz wielkość strumienia (plamy świetlnej) dla 100 cm: 17 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Oferowana lampa posiada pozostałe parametry zdecydowanie lepsze niż wymagane tj. Ra=99, natężenie światła 100 klx oraz czas działania: 60 000 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.