

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 9*

zestaw 1 [zam.: 4.01.2024] .....	2
zestaw 2 [zam.: 9.01.2024] .....	7

1

[pakiet 5, poz. 5](#)**Pytanie:**

Prosimy o podanie dokładnego modelu aparatu ( typu), do którego ma być przeznaczona elektroda?

**Odpowiedź:**

Dokładny model to: CU-SP1

2

[pakiet 5, poz. 6](#)**Pytanie:**

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje wymiennego zestawu baterii Charge-Pak z dwoma parami elektrod Quick-Pak?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga opakowania zawierającego dwie elektrody do LIFE PAK CR PLUS.

3

[pakiet 5, poz. 8](#)**Pytanie:**

Prosimy o podanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

4

[pakiet 5, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru do Mitsubishi K95HG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

5

[pakiet 22](#)**Pytanie:**

Czy w komplecie z nebulizatorem ma być również dostarczona duża miękka maska twarzowa?

**Odpowiedź:**

Tak. Zgodnie ze SWZ.

6

[projekt umowy](#)**Pytanie:**

[Kara za nieterminową dostawę naliczana w złotychkach:](#)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień zawartych w projekcie umowy poprzez określenie wartości kar umownych w stosunku procentowym do wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia.

*Odgórne kwotowe określenie wysokości kar umownych może prowadzić do sytuacji, że zastrzeżone kary umowne będą rażąco wygórowane.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zapisy SWZ, w tym projektu umowy.

7

[projekt umowy](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania:

*Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zapisy SWZ, w tym projektu umowy.

**8**[pakiet 21, poz. 1 i 2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie igieł z metalowym pierścieniem stabilizującym przy ostrzu igły.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

**9**[pakiet 21, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownicy rozwarciu 90 stopni lub 135 stopni – do wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

**10**[pakiet 21, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o długości roboczej 230 cm, o szerokości rozwarcia ramion klipsa 16 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**11**[pakiet 21, poz. 6](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm, długość robocza 2400 mm, średnica przewodu 0,33 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

**12**[pakiet 21, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,8 mm, rozwarcie łyżeczek 8,9 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

**13**[pakiet 21, poz. 9](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie kleszczyków o szerokości łyżeczki 2,4 mm, długość miseczki 4,0 mm, rozwarcie łyżeczki 8,0 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

**14**[pakiet 21, poz. 10](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie ustników o szerokości 27 mm, wysokość 22 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

**15**[pakiet 21, poz. 10](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie ustników o szerokości 26 mm, wysokość 21 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

**16**[pakiet 21, poz. 11](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 120 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

17

pakiet 21, poz. 12

**Pytanie:**

Czy zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

18

projekt umowy: § 7 ust. 1÷6

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1-6:

18a

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych zero groszy) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji określonego w § 3 ust. 2 do dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub nabycia go przez zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 6, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części zamówienia.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

18b

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości **10%** (słownie: **dziesięć procent**) **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niewykonania przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

18c

3. W przypadku nieusunięcia wad w przedmiocie realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) **nienaprawionej w terminie części przedmiotu umowy** za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady, licząc osobno od zgłoszenia wady **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienaprawionej w terminie części przedmiotu umowy**

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

18d

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

18e

5. Z tytułu zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 18, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **5%** (słownie: **pięć procent**) wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

18f

6. Wykonawca zapłaci karę umowy z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości **100 zł** (słownie: **sto** złotych) - za każdorazowe naruszenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

19

pakiet 20

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści rury karbowane z mankiem co 39,5cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

*Rury karbowane w zwoju o długości 50 mb (+/-2m), z mankiem co 20 lub 40 cm (+/- 0,5 cm), średnica 22mm. Wyrób medyczny.*

20

pakiet 6, poz. 1

**Pytanie:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

**Odpowiedź:**

Zamawiający użytkował kabel z końcówkami typu E100/DRB/I.

Dodatkowo zamawiający dokona korekty omyłki pisarskiej w opisie ww przedmiotu zamówienia.

*Kabel EKG 10 odprowadzeniowy min. 1 m zakończony wtykami typu banan 4 mm. Długość kabla: przewód zbiorczy 250 cm, odprowadzenia przedsercowe 75 cm, odprowadzenia kończynowe 115 cm. Kabel kompatybilny z aparatem MORTARA ELI 250.*

21

pakiet 6, poz. 8

**Pytanie:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów NIBP dla dorosłych, mały 21-28 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

*Mankiet NIBP dla dorosłych, mały, 20-28 cm (+/- 1 cm), 1-liniowy z workiem, bez łącznika przeznaczony do nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyrób niesterylny. Mankiet należy uzupełnić o adaptory NIBP, umożliwiające połączenie z konkretnym urządzeniem.*

22

pakiet 6, poz. 9

**Pytanie:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów NIBP dla dorosłych, duży, długi 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

*Mankiet NIBP, dla dorosłych, duży, długi, 34-47 cm (+/- 1 cm), 1-liniowy bez worka, bez łącznika.*

23

projekt umowy (zał. nr 3a)

**Pytanie:**

Czy Zamawiający zamierza podpisać osobne umowy na każdy pakiet?

**Odpowiedź:**

Zamawiający planuje podpisać jedną umowę z Wykonawcą.

24

pakiet 5, poz. 7

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 do osobnego pakietu?

*Pozwoli to na uzyskanie większej liczby ofert, w tym ofert od autoryzowanych dystrybutorów produktów firmy Nihon Kohden.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na wyłączenie jakiegokolwiek pozycji z pakietu 5.

25

[projekt umowy: § 7 ust. 2](#)**Pytanie:**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o obniżenie kar umownych:

**W § 7 ust.2 – z 20% na 10%**

**UZASADNIENIE:**

*Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

*Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.*

Biorąc pod uwagę powyższa zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

26

[SWZ](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

1

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, amerykańskiej firmy ICU Medical, o długości linii 152 cm (122 + 30 cm).

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

2

[pakiet 2, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy podwójny przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, amerykańskiej firmy ICU Medical, o długości linii 2 x 152 cm (122 + 30 cm).

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

3

[projekt umowy: § 7 ust. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o modyfikacje kar umownych w §7 ust 1 **do 0,2% wartości niedostarczonych produktów.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

4

[pakiet 3](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki 3M Poland, pod warunkiem niedopłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami uniwersalnymi na czas realizacji umowy.

W przypadku dopuszczenia, prosimy o wskazanie liczby szt. strzygarek, które należy udostępnić?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza innych strzygarek.

5

[pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie przewodu o wymiarach:

przewód zbiorczy: 220cm; odprowadzenia przedsercowe: 80cm; odprowadzenia kończynowe: 120cm.  
lub

Prosimy o dopuszczenie przewodu o wymiarach:

przewód zbiorczy: 180cm; odprowadzenia przedsercowe: 80cm; odprowadzenia kończynowe: 100cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **dopuszcza** przewód o wymiarach:

przewód zbiorczy: 220 cm; odprowadzenia przedsercowe 80cm; odprowadzenia kończynowe:100 cm.  
Pozostałe elementy zgodne z opisem SWZ.

6

[pakiet 6, poz. 3÷4](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie łączenia pomiędzy kablem głównym a przewodami typu single pin.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje kabel zgodnie z opisem SWZ.

7

[pakiet 6, poz. 4](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie dł. 1m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **dopuszcza** kabel 1m.  
Pozostałe elementy zgodne z opisem SWZ.

8

[pakiet 6, poz. 8](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 18-26cm lub 21-27cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje mankietów zgodnie z opisem SWZ.

9

[pakiet 6, poz. 9](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu z wewnętrznym pęcherzem (workiem).

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje mankietów zgodnie z opisem SWZ.

10

[pakiet 11, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru mankiety odpowiedniego dla obwodu kończyny 46-66 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje mankietów zgodnie z opisem SWZ.

11

[pakiet 15](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie terminu realizacji zamówienia dla pakietu 15 - do 8 tygodni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wydłużonego terminu realizacji zamówienia dla pakietów 15.

12

[pakiet 8, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wydajność ogrzania powietrza wdychanego o co najmniej 6 stopni C ma przypadać na 1 m przy przepływie 4 l/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego ze SWZ.

13

[pakiet 8, poz. 3÷4](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poprzez wymóg: „zakończenie uniwersalne łącznika” drenu, Zamawiający oczekuje łącznika uniwersalnego, który umożliwia podłączenie do aparatury wymagającej łącznika standardowego oraz do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska tlenowa z drenem i nebulizatorem mają być pozbawione DEHP i bisfenolu (BPA)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje zakończenia uniwersalnego, tak jak zostało to zapisane w SWZ.

14

[projekt umowy: § 3 ust. 4](#)**Pytanie:**

Prosimy o dodanie po „złożenia” słowa „**pisemnego**” oraz o dodanie kolejnego zdania o treści:  
prosimy o dopisanie:

*Zamówienie powinno wpłynąć do Wykonawcy na początku miesiąca poprzedzającego miesiąc wymaganej aktywności nominalnej źródła.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.



15

[projekt umowy: § 4 ust. 10](#)**Pytanie:**

Prosimy o wykreślenie zapisu

*kwot stanowiących zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, a w tym.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

16

[SWZ: pkt 5.5.1](#)**Pytanie:**

Prosimy o odstąpienie obowiązku złożenia wraz z ofertą karty katalogowej, producent źródła nie zapewnia takich materiałów, wszystkie informacje dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia znajdują się na certyfikacie źródła.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **dokonuje zmiany** rozdziału 5.5. SWZ i dopisuje, że rozdział 5.5. nie dotyczy pakietu 24.