

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 3

zestaw 1 [zam.: 09.01.2024]2

1

pakiet 1

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz pacjenta o następujących parametrach różniących się od SWZ:

- Wyposażony w filtr HEPA znajdujący się w urządzeniu poprzez który ogrzewacz wciąga powietrze w temperaturze otoczenia, następnie przefiltrowane powietrze jest ogrzewane do wybranej temperatury. Skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej jest na poziomie 99,99% w związku z czym nie ma potrzeby powtórnej filtracji oraz posiadania dodatkowego filtra również przez kocyki.
- Wyposażony w 4 zakresy temperatury: Temp. otoczenia, 37°C, 40°C, 43°C
- Wyposażony w obwód zabezpieczający umożliwiający niezależne wyłączenie, które powoduje odcięcie zasilania nagrzewnicy
- Brak dedykowanego uchwytu do zamocowania przewodu w czasie gdy nie jest używany.
- Kocyki jednopacjentowe na całe ciało pacjenta o wymiarach 203 x 102 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2

pakiet 1, pkt I.3

Pytanie:

W związku z tym, że Zamawiający wymaga w punkcie I.5 urządzenia wyposażonego w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza max 0,2 mikrona,

zupełnie bezpodstawny jest wymóg filtrowanego kocyka, ponieważ filtrowane przez filtr w urządzeniu powietrze jest wielokrotnie skuteczniej oczyszczone niż w następstwie oczyszczanie powietrza przez koc powietrze,

zatem czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu nieistotnego lecz ograniczającego konkurencję zapisu „filtr w kolderce grzewczej”?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

3

pakiet 1, pkt I.9

Pytanie:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania tego punktu, ponieważ nie posiada on w części zapisu logicznego sensu?

Urządzenia tego typu posiadają zabezpieczenie w przypadku awarii grzałki.

Odpowiedź:

Zamawiający **zmienia** Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) w zakresie Wymagań Zamawiającego w pakiecie 1 Lp. I. Parametry ogólne Lp. 9:

Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą nawiewaną poprzez włączenie alarmu, wyłączenie grzałki oraz wentylatora.

4

pakiet 1, pkt I.11

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego punktu w przypadku, gdy funkcjonalność, tj. urządzenie posiadające miejsce na odłożenie przewodu powietrznego w czasie, gdy nie jest on używany jest spełniona np. w postaci kosza na akcesoria lub drążka do prowadzenia wózka, na którym jest zainstalowane urządzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

5

pakiet 1, pkt II.1

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 50 szt. kocy na każde z 5 urządzeń czy 50 szt. kocy w sumie, tj. 10 szt. na 1 urządzenie.

Odpowiedź:

Zgodnie z formularzem ofertowym Zamawiający wymaga 50 kółderek do całego pakietu.

6

[pakiet 1, pkt I.3 i I.5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści metodę ogrzewania powietrzem filtrowanym przez urządzenie wyposażone w antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 14 na poziomie 99,996%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga filtra HEPA 14. Urządzenie powinno posiadać filtr przeznaczony do stosowania w tego typu urządzeniach medycznych w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego np. na bloku operacyjnym czy OIT.

7

[pakiet 1, pkt I.11](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta bez dedykowanego uchwytu do zamocowania przewodu grzewczego? Urządzenie jest w pakiecie z wózkiem jezdnym, który ma odpowiedni koszt do przechowywania ww. przewodu oraz klamrę do przymocowania przewodu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

8

[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu ogrzewania zapewniającego ogrzewanie wysoce efektywnym filtrem przeciwdrobnoustrojowym o sprawdzonej i udowodnionej, w szeregu badań klinicznych, efektywności w eliminacji czynników zakaźnych z powietrza i zmniejszaniu ilości zakażeń miejsca operowanego. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

9

[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w wysoce efektywny filtr powietrza typu MERV 14 przeznaczony do stosowania w urządzeniach medycznych w warunkach wysokiego reżimu sanitarnego. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga filtra typu MERV 14. Urządzenie powinno posiadać filtr przeznaczony do stosowania w tego typu urządzeniach medycznych w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego np. na bloku operacyjnym czy OIT opisany w SWZ.

10

[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu ogrzewania z wysoce efektywnym filtrem powietrza w urządzeniu grzewczym oraz kołderkami z perforacją dzięki czemu czyste filtrowane powietrze wydostaje się z kołdry i przekazuje ciepło pacjentowi znacząco szybciej niż kołderki bez perforacji dzięki czemu zwiększa się efektywność ogrzewania.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.