

Nr sprawy: CLO/ZP/39/2024

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej również - SWZ)
ZMIANA

Specyfikację Warunków Zamówienia zatwierdził dnia **09.10.2024 r.**

Dane do SWZ przygotował: Wojciech Smętek

SWZ sporządziła: Magdalena Hyla

Rozdział 1

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

NIP 643-10-05-873
REGON 272165010
tel.: (32) 735-76-31
faks: (32) 735-76-03

E-mail: przetargi@clo.com.pl
Godziny urzędowania - 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2497dc12-dc1c-414a-a8c2-4471b0bb0428>

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przełączaj postępowania/konkursy”).

Rozdział 2

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

Adres strony internetowej:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2497dc12-dc1c-414a-a8c2-4471b0bb0428>

Rozdział 3

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”.

Rozdział 4

Informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Rozdział 5

Opis przedmiotu zamówienia:

5.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

38 00 00 00 - 5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5.2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa *dostawa aparatury i urządzeń wytwórczych i laboratoryjno-diagnostycznych*.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 części określonych w SWZ w pakietach.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar w ciągu **60 dni roboczych** od daty zawarcia umowy do Banku Tkanek i Pracowni Hodowli Komórek i Tkanek Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 2 w Siemianowicach Śląskich.

5.3. Opis części zamówienia:

Pakiet 1: Chłodziarko-zamrażarka – 2 sztuki

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I.	Parametry ogólne
1	Chłodziarko-zamrażarka o pojemności roboczej minimum 680 litrów, umożliwiająca przechowanie odczynników laboratoryjnych w warunkach chłodniczych oraz w stanie zamrożenia
2	Zakres temperatur chłodziarko-zamrażarki min. od -25°C do +8°C
3	Zakres pracy - temperatura zamrażarki min: -15°C do -25°C
4	Zakres pracy - temperatura chłodziarki min.: +2°C do +8°C

5	Pojemność chłodziarki 350 litrów (+/- 10 litrów)
6	Pojemność zamrażarki 350 litrów (+/- 10 litrów)
7	Sterowanie parametrami urządzenia za pomocą ekranu elektronicznego dotykowego lub standardowego wyświetlacza LED z przyciskami membranowymi
8	Na panelu przednim wbudowany wyświetlacz/ekran z podglądem temperatury wewnętrznej i parametrów pracy
9	Sygnalizacja alarmowa wizualna i dźwiękowa dotycząca przekroczenia progów alarmowych: (za wysoka/za niska temperatura, brak zasilania, za długie otwarcie drzwi)
10	Automatyczny system odmrażania
11	Obudowa i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, przynajmniej po 2 półki wewnętrzne w każdej komorze
12	Osobne drzwi dla części chłodniczej i mrożącej
13	Drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną lub inny system umożliwiający samoczynne zamykanie
14	Zasilanie: 230V/50 Hz
II.	Sygnaly i programowanie
15	Możliwość podłączenia urządzenia do systemu RMS posiadanego przez Zamawiającego i możliwość bieżącego monitorowania parametrów środowiska pracy. Możliwe do wykorzystania interfejsy/protokoły to: <ol style="list-style-type: none"> 1. RS485/Modbus RTU 2. RS232/Modbus RTU 3. Ethernet/Profinet 4. Ethernet/Modbus TCP-IP
IV.	Pozostałe
16	Urządzenie fabrycznie nowe
17	Gwarancja 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące
18	Urządzenie powinno posiadać znak bezpieczeństwa CE
19	Urządzenie dedykowane do pracy w pomieszczeniach czystych typu Clean Room
20	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym

Pakiet 2: Chłodziarka farmaceutyczno-laboratoryjna – 1 sztuka

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I.	Parametry ogólne
1	Chłodziarka farmaceutyczno-laboratoryjna z systemem kontroli parametrów pracy
2	Maksymalna wysokość urządzenia 81 cm (z uwagi na wymiary pomieszczenia docelowego jakim dysponuje Zamawiający)
3	Zakres temperatur od min +3°C do +7°C z możliwością regulacji temperatury
4	Dynamiczny układ chłodzenia oraz automatyczne odszranianie, zapewniające wewnątrz optymalny obieg powietrza, oraz szybką stabilizację i równomierny rozkład temp. po otwarciu drzwi
5	Sygnalizacja alarmowa wizualna i dźwiękowa dotycząca przekroczenia progów alarmowych: (za wysoka/za niska temperatura, brak zasilania, za długie otwarcie drzwi)
6	Termostat bezpieczeństwa, który gwarantuje, że temperatura wewnątrz urządzenia nie spadnie poniżej +2°C .
7	Otwór walidacyjny umożliwiający połączenie sondy z zewnętrznego systemem monitoringu (niezbędne do połączenia z systemem RMS oraz przeprowadzenia walidacji urządzenia)
8	Zasilanie: 230V/50 Hz
9	Drzwi zamykane na klucz, zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi
10	Pojemność min. 90 L max. 160 L
11	Wyświetlacz LED dotykowy lub standardowy wyświetlacz LED z przyciskami membranowymi
12	Regulowane półki pozwalające dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów (minimum 2 regulowane półki, maksimum 8 półek)
II.	Pozostałe
13	Urządzenie fabrycznie nowe
14	Gwarancja 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące
15	Szkolenie i instalacja w zakresie pierwszego uruchomienia sprzętu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

16	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym.
----	---

Pakiet 3: Lodówka transportowa – 1 sztuka

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I.	Parametry ogólne
1	Lodówka transportowa o pojemności roboczej minimum 50 litrów, umożliwiająca transport materiału biologicznego w warunkach chłodniczych (2 do 8°C) oraz w stanie zamrożenia (od -18°C do -20°C)
2	Zakres temperatur od min -22°C do min +10°C
3	Pojemność chłodziarki minimum 50 litrów, maksimum 75 litrów
4	Sterowanie parametrami urządzenia za pomocą dotykowego ekranu elektronicznego lub standardowego wyświetlacza LED z przyciskami membranowymi
5	Wbudowany w panel zewnętrzny wyświetlacz z podglądem temperatury wewnętrznej, parametrów pracy
6	Sygnalizacja alarmowa wizualna i dźwiękowa dotycząca przekroczenia progów alarmowych: za wysoka/za niska temperatura, brak zasilania, za długie otwarcie drzwi
7	Możliwość rejestracji parametrów temperatury oraz eksportu danych drogą elektroniczną lub poprzez pendrive
8	Maksymalne wymiary zewnętrzne: 60,0 x 100,0 x 55,0 cm
9	Wbudowane minimum 2 koła i uchwyt umożliwiające transport lodówki lub dedykowany zewnętrzny, składany wózek platformowy
10	Drzwi otwierające się do góry
11	Drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną lub inny system umożliwiający samoczynne zamykanie lub samoczynne zamykanie grawitacyjne
12	Zasilanie: 230V/50 Hz
13	Zasilanie bateryjne oraz możliwość podłączenia do gniazda zapalniczki samochodowej (12 V / 24 V (DC))
II.	Warunki pracy urządzenia
14	Temperatura pracy: -25°C do +15°C
III.	Pozostałe
16	Urządzenie fabrycznie nowe
16	Gwarancja 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące
17	Urządzenie powinno posiadać znak bezpieczeństwa CE

Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 sztuka

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I.	Parametry ogólne
1	Zamrażarka szafowa o pojemności roboczej minimum 800 litrów, umożliwiająca przechowanie w stanie głębokiego zamrożenia -80°C
2	System awaryjnego podtrzymania temperatury wykorzystujący CO ₂
3	Sterowanie parametrami urządzenia za pomocą dotykowego ekranu elektronicznego lub standardowego wyświetlacza LED z przyciskami membranowymi
4	Wbudowany wyświetlacz z podglądem temperatury wewnętrznej, parametrów pracy
5	Sygnalizacja alarmowa wizualna i dźwiękowa dotycząca przekroczenia progów alarmowych: za wysoka/za niska temperatura, brak zasilania, za długie otwarcie drzwi
6	Obudowa i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo lub stali galwanizowanej , wnętrze zamrażarki stanowi jedna komora, w niej minimum 3 półki, z możliwością regulacji wysokości
7	Komora zamrażarki zamykana przez szczelne drzwi wewnętrzne, przedzielone w połowie wysokości komory na 2 części
8	Drzwi zewnętrzne wyposażone w uszczelkę standardową lub magnetyczną lub inny system umożliwiający samoczynne zamykanie
9	Zasilanie: 230V/50 Hz

II.	Warunki pracy urządzenia
10	Temperatura pracy zamrażarki: -40°C do -86°C
III.	Sygnały i programowanie
11	Możliwość podłączenia urządzenia do systemu RMS posiadanego przez Zamawiającego i możliwość bieżącego monitorowania parametrów środowiska pracy. Możliwe do wykorzystania interfejsy/protokoły to: <ol style="list-style-type: none"> 1. RS485/Modbus RTU 2. RS232/Modbus RTU 3. Ethernet/Profinet 4. Ethernet/Modbus TCP-IP
IV.	Pozostałe
12	Urządzenie fabrycznie nowe
13	Gwarancja 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące
14	Urządzenie powinno posiadać znak bezpieczeństwa CE
15	Urządzenie dedykowane do pracy w pomieszczeniach czystych typu Clean Room
16	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym.

Pakiet 5: Przenośne urządzenie do kontroli mikrobiologicznej czystości powietrza – 3 sztuki

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I.	Parametry ogólne
1	Przenośne urządzenie do kontroli mikrobiologicznej czystości powietrza
2	Aparat dedykowany dla płytek 90 mm
3	Waga w opakowaniu 1-4 kg
4	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD
5	Zasilanie: 230V/50 Hz
6	Wewnętrzna bateria pozwalająca na min. 3 godziny ciągłej pracy
7	Odporny na podstawowe chemiczne środki dezynfekujące tj. 70% izopropanol; woda utleniona; 70% etanol; czwartorzędowe sole amonowe;
8	Głowice do pobierania prób odporne na sterylizację (121°C-134°C)
9	Przepływ 100 l/min (+/- 6,5 litra)
10	Prędkość zderzenia cząsteczek o powierzchnię podłoża 20m/s
II.	Warunki pracy aparatu
11	Temperatura : 0°C - 40°C
12	Wilgotność względna: 0% – 95%
13	Aparat przystosowany do pracy w izolatorach
14	Możliwość pracy aparatu w pozycji pionowej lub poziomej
15	Możliwość montażu aparatu na statywie (Zamawiający nie wymaga dostarczenia statywu)
III.	Sygnały i programowanie
16	Możliwość pobierania prób o różnej objętości (objętość pobieranych prób od 5 l do 2000 l)
17	Możliwość zaprogramowania i zapamiętania 4 objętości
18	Możliwość opóźnienia startu urządzenia (min. 10 minut)
19	Pobieranie sekwencyjne
20	Sygnal dźwiękowy zakończenia pobrania próbki
21	Sygnal dźwiękowy i wizualny wyczerpania baterii
IV.	Pozostałe
22	Urządzenie fabrycznie nowe
23	Gwarancja 24 miesięcy, Rękojmia 12 miesięcy
24	Urządzenie powinno mieć znak bezpieczeństwa CE
25	W zestawie 4 autoklawowalne głowice do pobierania prób kompatybilne z aparatem
26	W zestawie waliza transportowa dedykowana dla urządzenia
27	Urządzenie dedykowane do pracy w pomieszczeniach czystych typu Clean Room
28	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem

równoważnym

Pakiet 6: Przenośny licznik cząstek w powietrzu do monitorowania i kwalifikacji pomieszczeń czystych – 1 sztuka

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I.	Parametry ogólne
1	Zakres pomiarowy: 0,5 µm -10,0 µm
2	Przepływ: 100 LPM (+/- 5%)
3	Poziom zera < 2,00 zliczeń/m ³
4	Czas poboru próbki 1m ³ maksymalnie do 20 minut
5	6 konfigurowalnych kanałów
6	Długość rurki min. 2 metry, maksimum 3 metry
7	Ekran dotykowy o przekątnej minimum 8 cala umożliwiający wprowadzanie danych w rękawiczkach
8	Dane spełniające wymagania standardu 21 CFR część 11 (FDA) określającego kryteria dotyczące zapisów elektronicznych i podpisów elektronicznych w kontekście przemysłu farmaceutycznego, biotechnologii i wyrobów medycznych
9	Oryginalny zapis danych w czasie rzeczywistym tworzony bezpośrednio w liczniku
10	Możliwość zapisu na USB (eksport danych w formacie PDF oraz Excel)
11	Komunikacja umożliwiająca logowanie użytkowników za pomocą haseł dostępu z określonymi poziomami dostępu zgodnie z 21 CFR i zmiany w konfiguracji procedur
12	Obudowa odporna na bezpieczne czyszczenie urządzenia podstawowymi środkami chemicznymi tj. 70% izopropanol; woda utleniona; 70% etanol; czwartorzędowe sole amonowe;
13	Środowisko pracy: temperatura 0 °C -32°C
14	Środowisko pracy: wilgotność 5% - 90%
15	W zestawie 2 baterie litowo-jonowe
16	Waga z bateriami maksymalnie do 7 kg
17	Zasilanie: 230V/50 Hz, 2,5 A
18	Źródło światła: dioda laserowa
II.	Pozostałe
19	Urządzenie fabrycznie nowe
20	Gwarancja 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące
21	Urządzenie dedykowane do pracy w pomieszczeniach czystych typu Clean Room
22	W zestawie waliza transportowa dedykowana dla urządzenia
23	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym.

Pakiet 7: Zgrzewarka – 1 sztuka

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I.	Parametry ogólne
1	Zgrzewarka umożliwiająca wykonanie spawu zamykającego worek foliowy (PE, PP) oraz folia/papier, z zapakowanym przeszczepem tkankowym, który może być poddawany finalnej sterylizacji radiacyjnej dawką do 35 kGy
2	Zgrzewarka posiadająca dwie zgrzewające szczęki, które umożliwiają wykonanie zgrzewu o minimalnej długości 50 cm i minimalnej szerokości 5 mm. Zgrzew pojedynczy.
3	Możliwość regulowania czasu wykonania zgrzewu i chłodzenia za pomocą łatwego w obsłudze panelu sterującego (sterownik czasu grzania i chłodzenia).
4	Wystandaryzowana siła nacisku szczęk umożliwiająca wykonywanie powtarzalnych zgrzewów (konieczne do walidacji procesu zgrzewania próbek)
5	Zgrzewarka wyposażona w pedał nożny, umożliwiający zaciśnięcie szczęk zgrzewarki po jego naciśnięciu
6	Zasilanie: 230V/50 Hz, 2,5 A
7	System zgrzewania impulsowy
II.	Warunki pracy urządzenia
8	Urządzenie będzie wykorzystywane w pomieszczeniach o klasie czystości A, B, C.
III.	Pozostałe
9	Urządzenie fabrycznie nowe
10	Gwarancja 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące

11	Urządzenie powinno mieć znak bezpieczeństwa CE
12	Urządzenie dedykowane do pracy w pomieszczeniach czystych typu Clean Room
13	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym.

Pakiet 8:

1. Moduły inkubacyjne do systemu BacT/ALERT – 1 sztuka

2. Wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnej z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.)) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym – ilość 1

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I. Parametry ogólne	
1	Urządzenie wykorzystujące technologię kolorymetryczną do badania jałowości prób - moduł dodatkowy do zainstalowania do posiadanej przez Zamawiającego bazy urządzenia BacT/ALERT firmy bioMérieux
2	Możliwość ustawiania modułów w poziomie lub w pionie
3	Wyposażony w 4 szuflady o pojemności 60 komór (możliwość wykonywania 240 badań jednorazowo)
4	Zakres temperatur pracy urządzenia: od + 25,0 do + 45,0°C
5	Dokonywanie rejestracji pomiarów światła odbitego przez sensor co 10 minut
6	Programowanie i rejestrowanie warunków prowadzenia prób w systemie urządzenia
7	Urządzenie wykorzystujące 3 podstawowe algorytmy: typowego wzrostu, szybkiego wzrostu i próby dodatniej na wejściu
8	Każda cela pomiarowa wyposażona w niezależny układ pomiarowy
9	Urządzenie kompatybilne z posiadanym przez zamawiającym urządzeniem BacT/ALERT firmy bioMérieux
10	Zasilanie: 230V/50 Hz, 2,5 A
11	Wnętrze i powierzchnia zewnętrzna urządzenia, pozwalające na łatwe czyszczenie i zapobiegające gromadzeniu się zarazków i bakterii, odporne na środki do dezynfekcji
12	Obudowa pyłoszczelna
II. Pozostałe	
13	Urządzenie fabrycznie nowe
14	Gwarancja: 12 miesięcy, Rękojmia 12 miesięcy
15	3 przeglądy konserwacyjne w ramach umowy
16	Aktualizacje oprogramowania urządzenia objętego gwarancją
18	Szkolenie pracowników z obsługi urządzenia i instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego
19	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym.

Pakiet 9: Wirówka laboratoryjna – 1 sztuka

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I. Parametry ogólne	
1	Zakres obrotów min.: 900 - 15 000 rpm
2	Możliwość regulacji prędkości z dokładnością 1 rpm
3	Zakres temperatur pracy urządzenia: od - 10°C do + 40°C
4	Możliwość ustawienia czasu pracy w formacie hh:mm:ss (do 99 h 59 min 59 s) oraz trybu pracy ciągłej (tzw. „HOLD”)
5	Przycisk szybkiego zwirowania z możliwością zmiany ustawień oraz tryb pracy krótkotrwałej "SHORT"
6	Automatyczne otwieranie pokrywy i funkcja dociągania pokrywy
7	Dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza „START” lub od osiągnięcia zadanej prędkości
8	Port USB-zlokalizowany na froncie urządzenia, umożliwiający pobieranie protokołów pracy i historii jego wykorzystania
9	Pamięć minimum 10 ostatnich cykli pracy

10	Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do ustawień wirówki
11	System wizualnej sygnalizacji stanu niewyważenia wirówki
12	System awaryjnego otwierania pokrywy
13	W zestawie rotory, dedykowane do probówek stożkowych 15ml, probówek stożkowych z wywinieciem 50ml i mikroprobówek 2ml typu Eppendorf. (Zamawiający wymaga zestawu minimum: 4 x50 ml, 8x 15 ml, 12 x 2 ml)
14	Wnętrze (stal nierdzewna) i powierzchnia zewnętrzna urządzenia, pozwalające na łatwe czyszczenie i zapobiegające gromadzeniu się zarazków i bakterii, odporne na środki do dezynfekcji (stal nierdzewna)
15	Zasilanie: 230V/50 Hz,
16	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz z czytelnym graficznym wskaźnikiem stanu pracy urządzenia lub standardowy wyświetlacz LED z przyciskami membranowymi
II.	Pozostałe
17	Urządzenie fabrycznie nowe
18	Gwarancja na urządzenie: 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące
19	3 przeglądy gwarancyjne w ramach umowy
20	Szkolenie pracowników z obsługi urządzenia i instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego
21	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym.

Pakiet 10: Rejestrator danych temperatury – 1 sztuka

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I.	Parametry ogólne
1	Rejestrator danych temperatury z wyświetlaczem, wyposażony w 18 czujników/sond temperatury z przewodami, do kwalifikacji sprzętów i pomieszczeń czystych
2	Zakres pomiaru i rejestracji temperatur od - 150°C do + 100°C
3	Długość przewodów sond od 1,5 m do 2 m.
4	Sterowanie parametrami urządzenia za pomocą wbudowanego dotykowego ekranu elektronicznego
5	Wyświetlacz z podglądem temperatury wewnętrznej, parametrów pracy
6	Możliwość sterowania parametrami urządzenia za pomocą komputera (dedykowana aplikacja sterująca dostarczana przez Wykonawcę)
7	Możliwość rejestracji parametrów temperatury do dedykowanego programu komputerowego (pełen dostęp do historii pomiarów temperatury)
8	Możliwość podłączenia urządzenia do sieci teleinformatycznej szpitala
9	Urządzenie wyposażone w dedykowany wózek transportowy posiadający wbudowane koła i uchwyt umożliwiające transport
10	Zasilanie: 230V/50 Hz
II.	Sygnaly i programowanie
11	Możliwość podłączenia urządzenia do systemu RMS posiadanego przez Zamawiającego i możliwość bieżącego monitorowania parametrów środowiska pracy. Możliwe do wykorzystania interfejsy/protokoły to: <ol style="list-style-type: none"> 1. RS485/Modbus RTU 2. RS232/Modbus RTU 3. Ethernet/Profinet 4. Ethernet/Modbus TCP-IP
III.	Pozostałe
12	Urządzenie fabrycznie nowe
13	Gwarancja 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące
14	Urządzenie powinno mieć znak bezpieczeństwa CE
15	Wykonanie 3 kalibracji/wzorcowania urządzenia w ramach gwarancji

Pakiet 11: Komora laminarna – 1 sztuka

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I.	Parametry ogólne
1	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa biologicznego, przeznaczona do produkcji sterylnych

	produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyłączenia szpitalnego
2	Komora zapewniająca warunki klasy czystości powietrza o parametrach: (maksymalna dopuszczalna liczba cząstek w 1m ³ w stanie spoczynku: $\geq 0.5\mu\text{m}$: 3 500; $\geq 5.0\mu\text{m}$: 1; w stanie pracy: $\geq 0.5\mu\text{m}$: 3 500; $\geq 5.0\mu\text{m}$: 1;) do zapewnienia warunków do wytwarzania sterylnych produktów leczniczych terapii zaawansowanej
3	Pionowy, laminarny przepływ powietrza o szybkości 0,36 - 0,50 m/s
4	Wnętrze komory laminarnej wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej o wysokiej odporności na stosowane, dostępne preparaty sporobójcze o silnych właściwościach utleniających (np. podchloryn sodu, H ₂ O ₂ czy kwas nadoctowy)
5	Komora laminarna wyposażona w filtry HEPA H14 o wysokiej zdolności filtracji powietrza
6	Komora wyposażona w czytelny wyświetlacz wskazujący aktualne warunki bezpieczeństwa pracy np. stan filtrów, szybkość przepływu powietrza, ewentualne błędy
7	Alarmy przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy (wizualny lub dźwiękowy)
8	Szerokość wewnętrznego blatu roboczego nie mniej 1192 mm, maksymalna szerokość zewnętrzna 1400 mm
9	Obudowa i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, blat roboczy demontowalny dzielony
10	Komora laminarna posiadająca w swojej konstrukcji porty/wejścia umożliwiające wprowadzenie odpowiednich sond próbkujących, umieszczona na podstawie
11	Co najmniej 1 lampa UV do dezynfekcji powierzchni
12	Zasilanie: 230V/50 Hz
II.	Warunki pracy urządzenia
13	Przepływ laminarny powietrza o szybkości 0,36 - 0,50 m/s
III.	Sygnaly i programowanie
14	Możliwość podłączenia urządzenia do systemu RMS posiadanego przez Zamawiającego i możliwość bieżącego monitorowania parametrów środowiska pracy. Możliwe do wykorzystania interfejsy/protokoły to: <ol style="list-style-type: none"> 1. RS485/Modbus RTU 2. RS232/Modbus RTU 3. Ethernet/Profinet 4. Ethernet/Modbus TCP-IP
IV.	Pozostałe
15	Urządzenie fabrycznie nowe
16	Gwarancja 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące
17	Urządzenie powinno mieć znak bezpieczeństwa CE
18	Urządzenie dedykowane do pracy w pomieszczeniach czystych typu Clean Room
19	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym.

Pakiet 12: Cieplarka – 1 sztuka

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I.	Parametry ogólne
1	Cieplarka mikrobiologiczna/medyczna służąca do wstępnego ogrzewania odczynników używanych do hodowli ludzkich komórek adherentach do temperatury 37°C
2	Pojemność komory w przedziale od min. 60 litrów do max. 70 litrów
3	2 systemy obiegu powietrza: obieg powietrza wymuszony i naturalny
4	Zewnętrzny wyświetlacz wskazujący parametry temperatury wewnętrznej
5	Możliwość zmiany temperatury wewnętrznej w zakresie minimum od 20°C do 60°C
6	Ochrona przed kontaminacją wnętrza przez automatyczny system termicznej sterylizacji komory gorącym powietrzem o temperaturze 140°C
7	Komora robocza oraz 2 półki wykonane ze stali nierdzewnej
8	Szklane drzwi wewnętrzne
9	Zasilanie: 230V/50 Hz
II.	Warunki pracy urządzenia
10	Temperatura: od 20°C do 60°C
III.	Sygnaly i programowanie
11	Możliwość podłączenia urządzenia do systemu RMS posiadanego przez Zamawiającego i możliwość

	bieżącego monitorowania parametrów środowiska pracy. Możliwe do wykorzystania interfejsy/protokoły to: <ol style="list-style-type: none"> 1. RS485/Modbus RTU 2. RS232/Modbus RTU 3. Ethernet/Profinet 4. Ethernet/Modbus TCP-IP
IV.	Pozostale
12	Urządzenie fabrycznie nowe
13	Gwarancja 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące
14	Urządzenie powinno mieć znak bezpieczeństwa CE
15	Urządzenie dedykowane do pracy w pomieszczeniach czystych typu Clean Room
16	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym.

Pakiet 13: Wytrząsarka laboratoryjna – 1 sztuka

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I.	Parametry ogólne
1	Kolorowy wyświetlacz LED dotykowy wskazujący prędkość i czas lub standardowy wyświetlacz LED z przyciskami membranowymi
2	Mikroprocesorowa kontrola obrotów i czasu pracy
3	Możliwość eksportu danych o pracy urządzenia poprzez port USB
4	Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna oraz wyłączenie mechanizmu napędowego wytrząsarki w czasie wystąpienia sytuacji alarmowej
5	Możliwość kalibracji kontrolera obrotów
6	Zakres obrotów min.: 30 - 300 rpm
7	Możliwość regulacji prędkości z dokładnością 1 rpm
8	Możliwość ustawienia czasu pracy w formacie <i>hh:mm:ss</i> (do 99h 59min 59s) lub trybu pracy ciągłej
9	Łagodny rozruch i zatrzymanie zabezpieczające naczynia przed wypadnięciem z uchwytów, a próbki przed wylewaniem się z naczyń
10	Automatyczne przywrócenie pracy z ustawionymi poprzednio parametrami po przerwie w zasilaniu
11	Urządzenie przystosowane do pracy w inkubatorach, w warunkach środowiska: do 20% CO ₂ , do 95% wilgotności
12	Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia ochronę przed korozyjnym gazowaniem CO ₂
13	Wyposażona w uchwyty do mikropłytek hodowlanych, probówek o pojemności 15 ml i 50 ml
14	Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do ustawień wirówki
15	System sygnalizacji stanu niewyważenia wirówki
16	System awaryjnego otwierania pokrywy
17	W zestawie rotory, dedykowane do probówek stożkowych 15ml, probówek stożkowych z wywinięciem 50 ml i mikroprobówek 2 ml typu Eppendorf
18	Wnętrze i powierzchnia zewnętrzna urządzenia, pozwalające na łatwe czyszczenie i zapobiegające gromadzeniu się zarazków i bakterii, odporne na środki do dezynfekcji (stal nierdzewna)
19	Zasilanie: 230V/50 Hz
II.	Pozostale
20	Urządzenie fabrycznie nowe
21	Gwarancja na urządzenie: 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące
22	3 przeglądy gwarancyjne w ramach umowy
23	Szkolenie pracowników z obsługi urządzenia i instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego
25	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym.

Pakiet 14: Inkubator – 1 sztuka

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego
I. Parametry ogólne	
1	Inkubator CO ₂ umożliwiający bezpieczne prowadzenie hodowli ludzkich komórek adherentach
2	Urządzenie zapewniające i utrzymujące warunki prowadzenia hodowli: temperaturę 37°C, 95% wilgotności i 5% stężenie CO ₂
3	Wyrównanie stężenia CO ₂ poniżej 10 minut
4	Zewnętrzny wyświetlacz dotykowy wskazujący poziom stężenia CO ₂ , temperatury i wilgotności
5	Kontroler z ekranem dotykowym
6	Ochrona przed kontaminacją wnętrza przez automatyczny system termicznej sterylizacji komory gorącym wilgotnym powietrzem o temperaturze 90°C
7	Komora robocza oraz 3 perforowane półki wykonane z miedzi
8	Drzwi zewnętrzne wyposażone w uszczelkę magnetyczną, drzwi wewnętrzne - szczelne podzielone na 6 mniejszych (możliwość niezależnego otwarcia)
9	Pojemność nie mniejsza niż 240 litrów
10	Czujnik CO ₂ na podczerwień typu IR
11	Zasilanie: 230V/50 Hz
II. Warunki pracy urządzenia	
12	Temperatura: od 10°C do 55°C
13	Wilgotność względna: 95% +/- 3%
14	Dwutlenek węgla: od 0 do 20%
15	Możliwość ustawienia inkubatora na innym posiadanym przez Zamawiającego: inkubator Heracell 240i (spiętowania inkubatorów)
16	Zasilanie: 230V/50 Hz
III. Sygnały i programowanie	
17	Możliwość podłączenia urządzenia do systemu RMS posiadanego przez Zamawiającego i możliwość bieżącego monitorowania parametrów środowiska pracy. Możliwe do wykorzystania interfejsy/protokoły to: 1. RS485/Modbus RTU 2. RS232/Modbus RTU 3. Ethernet/Profinet 4. Ethernet/Modbus TCP-IP
IV. Pozostałe	
18	Urządzenie fabrycznie nowe
19	Gwarancja 36 miesięcy, Rękojmia 24 miesiące
20	Urządzenie powinno mieć znak bezpieczeństwa CE
21	Urządzenie dedykowane do pracy w pomieszczeniach czystych typu Clean Room
22	Dostawca zobowiązany jest do wykonania kwalifikacji IQ, OQ zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273 z późn. zm.) lub obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej dokumentem równoważnym.

5.4. Informacje dotyczące ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy z pakietów.

5.5. Przedmiotowe środki dowodowe:

5.5.1 Zamawiający w celu weryfikacji złożonych w postępowaniu przez wykonawców ofert w zakresie spełniania postawionych w opisie przedmiotu zamówienia warunków wymaga złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą: karty technicznej lub karty katalogowej lub oświadczenia własnego wykonawcy lub innej dokumentacji (**podając numer katalogowy i nazwę handlową produktu lub nazwę handlową produktu w przypadku braku numeru katalogowego**), która potwierdzi parametry przedmiotu zamówienia, które wskazano w Rozdziale 5 w punkcie 5.3. SWZ (z zaznaczeniem w nich odpowiednich punktów ze specyfikacji), które wyszczególniono w następujących pozycjach tabeli „Opis przedmiotu zamówienia - wymagania zamawiającego”:

Pakiet 1: Parametry ogólne Lp. I: poz. 2-6, poz. 8-9; Sygnały i programowanie Lp. II: poz. 15

Pakiet 2: Parametry ogólne Lp I: poz. 2, 3, 5, 10

Pakiet 3: Parametry ogólne Lp I: poz. 2, 3, 5-6, 8

- Pakiet 4:** Parametry ogólne Lp I: poz. 2-5, 7; Warunki pracy urządzenia Lp. II: poz. 10; Sygnały i programowanie Lp. III: poz. 11
- Pakiet 5:** Parametry ogólne Lp I: poz. 2, 8-10; Warunki pracy aparatu Lp. II: poz. 11, 12; Sygnały i programowanie Lp. III: poz. 16
- Pakiet 6:** Parametry ogólne Lp. I: poz. 1-5, 10, 13-14, 18
- Pakiet 7:** Parametry ogólne Lp. I: poz. 2-3, 5
- Pakiet 8:** Parametry ogólne Lp. I: poz. 3-4, 7-9
- Pakiet 9:** Parametry ogólne Lp. I: poz. 1-3, 7, 9, 11
- Pakiet 10:** Parametry ogólne Lp. I: poz. 2-3, 7; Sygnały i programowanie Lp. II: poz. 11
- Pakiet 11:** Parametry ogólne Lp. I: poz. 2, 3, 5, 7-8, 11; Sygnały i programowanie Lp. III: poz. 14
- Pakiet 12:** Parametry ogólne Lp. I: poz. 2-3, 6, 8; Sygnały i programowanie Lp. III: poz. 11
- Pakiet 13:** Parametry ogólne Lp. I: poz. 2-7, 13
- Pakiet 14:** Parametry ogólne Lp. I: poz. 9-10; Warunki pracy urządzenia Lp. II: poz. 12-14; Sygnały i programowanie Lp. III: poz. 17

5.5.2 Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.5.3 Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Rozdział 6

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Rozdział 7

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95:

Nie dotyczy.

Rozdział 8

Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

Rozdział 9

Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94:

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Rozdział 10

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp:

Nie dotyczy.

Rozdział 11

Termin wykonania zamówienia:

60 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Rozdział 12

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

Projektowane postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3 do SWZ.

Rozdział 13

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

13.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej.

13.2 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

13.3 Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-9bc42186-b4db-4dc0-86d4-7b0ad39665f6

- 13.4** Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.
- 13.5** W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458-77-99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
- 13.6 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)**
- 13.6.1.** Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) (dalej „rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
- 13.6.2.** Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- 13.6.2.1** w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) (dalej „rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”) (i przekazuje się jako załącznik), lub
- 13.6.2.2** jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
- 13.6.3.** Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@clo.com.pl
- 13.6.4.** Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
- 13.6.5.** Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
- 13.6.6.** Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- 13.7.** Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w niniejszym punkcie w zdaniu drugim, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział 14

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp:

Nie dotyczy.

Rozdział 15

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Rozdział 16

Termin związania ofertą:

- 16.1.** Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 14.11.2024 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 16.2.** W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
- 16.3.** Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 16.2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział 17

Opis sposobu przygotowania oferty:

17.1. Przygotowanie oferty:

- 17.1.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy z pakietów.
- 17.1.2.** Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 17.1.3.** Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
- 17.1.4.** Ofertę składa się na *Formularzu ofertowym* zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca w złożonym *Formularzu ofertowym* w części dotyczącej poszczególnych pakietów nie uzupełni wymaganych dla danego pakietu danych, pozostawiając formularz w tej części całkowicie nieuzupełniony, zamawiający uzna, iż wykonawca nie złożył oferty na dany pakiet.
- 17.1.5.** Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
- 17.1.6.** W przypadku podpisywania oferty przez osobę/y niewskazane w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
- 17.1.7.** Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
- 17.1.8.** Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
- 17.1.9.** Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
- 17.1.10.** Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
- 17.1.11.** Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- 17.1.12.** Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale 20 SWZ (**załącznik nr 2 do SWZ**), w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 17.1.13.** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.12, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

17.2. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

17.3. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia.

17.4. Postanowienia dotyczące powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom:

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

17.5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej:

17.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

17.5.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 17.5.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączając jednocześnie do oferty udzielone pełnomocnictwo.

17.5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

17.6. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Rozdział 18

Sposób oraz termin składania ofert:

18.1. Sposób składania ofert:

18.1.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

18.1.2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

18.1.3 Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

18.1.4 Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

18.1.5 **Formularz ofertowy** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku podpisania formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

18.1.6 System automatycznie szyfruje złożone pliki, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

18.1.7 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

18.1.8 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

18.1.9 Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

18.2. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć **do dnia 17.10.2024 r. do godz. 9:00**

Rozdział 19

Termin otwarcia ofert:

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 17.10.2024 r. o godzinie 10:00**

19.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

19.3. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

19.4. W celu otwarcia etapu postępowania, zamawiający przejdzie do szczegółów postępowania i wybierze zakładkę „Oferty/wnioski” i kliknie przycisk „Otwórz etap postępowania”.

Po potwierdzeniu, etap zostanie otwarty i rozpocznie się proces odszyfrowywania ofert.

Otwarcie etapu jest możliwe po upływie terminu otwarcia.

19.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach zawartych w ofertach.

Rozdział 20

Podstawy wykluczenia:

20.1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:

20.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

20.1.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywnymi zarządca likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- 3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- 5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

20.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835):

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Rozdział 21

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 22

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych przez zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1. **oświadczenia wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ);
2. **oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
 - e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
 - h) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
 - i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp,
 - j) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
(zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ).

Rozdział 23

Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 24

Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty uwzględnia wszystkie wymogi i zobowiązania, o których mowa w niniejszej SWZ i projekcie umowy.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość oferty brutto dla każdego pakietu należy obliczyć w następujący sposób:

W każdym wierszu cenę jednostkową netto należy przemnożyć przez ilość co da wartość netto, następnie do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT uzyskując wartość brutto. Tak obliczona wartość brutto stanowi podstawę oceny ofert.

Rozdział 25

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział 26

Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 27

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert:

	Kryterium	Waga	Sposób obliczenia
1.	A – cena	100 pkt	$A = \frac{\text{najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu}}{\text{wartość brutto pakietu badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$

Wynik

Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział 28

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział 29

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Rozdział 30

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 31

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 32

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

- 32.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 32.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- 32.3. Odwołanie przysługuje na:
 - 32.3.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 32.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
 - 32.3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
- 32.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

- 32.5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 32.6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 32.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 32.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
- 32.9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 32.7 i 32.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 32.10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 32.11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
- 32.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

Załączniki do SWZ:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Projekt umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
4. Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-05-873
REGON 272165010
tel.: (32) 735-76-00
faks: (32) 735-76-03
adres strony internetowej: www.clo.com.pl
E-mail: clo@clo.com.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich** jest **Jesika Góras** kontakt: iodo@clo.com.pl, telefon: **32 73 57 611**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **CLO/ZP/39/2024** prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- **w przypadku wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;**
- **wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;**
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

FORMULARZ OFERTOWY**Dane Wykonawcy:**

Pełna nazwa

Adres

NIP

Telefon e-mail

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć jedno z poniższych):

- mikroprzedsiębiorstwo,
 małe przedsiębiorstwo,
 średnie przedsiębiorstwo,
 jednoosobowa działalność gospodarcza,
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
 inny rodzaj.

Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i warunkami SWZ wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, akceptuję jej treść i warunki w niej zawarte oraz nie wnoszę zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji przedmiotu zamówienia.
- Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
- Oświadczam, że stanowiący zał. nr 3 do SWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Oświadczam, że uwzględniłem zmiany wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część SWZ.
- Oświadczam, że w złożonej ofercie, spełniam wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – warunki zamówienia.

¹⁾rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składam ofertę w ogłoszonym przez Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CLO/ZP/39/2024.

l.p.	Pakiet 1	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 1 SWZ	sztuka	2			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 1: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 2	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 2 SWZ	sztuka	1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 2: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 3	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 3 SWZ	sztuka	1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 3: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 4	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 4 SWZ	sztuka	1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 4: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 5	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 5 SWZ	sztuka	3			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 5: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 6	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 6 SWZ	sztuka	1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 6: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 7	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 7 SWZ	sztuka	1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 7: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 8	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 8 SWZ poz. 1</i>	sztuka	1			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 8 SWZ poz. 2</i>		1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 8: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 9	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 9 SWZ	sztuka	1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 9: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 10	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 10 SWZ	sztuka	1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 10: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 11	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 11 SWZ	sztuka	1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 11: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 12	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 12 SWZ	sztuka	1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 12: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 13	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 13 SWZ	sztuka	1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 13: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 14	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3, Pakiet 14 SWZ	sztuka	1			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 14: zł (słowniezł)

w tym:

wartość netto: zł.

podatek VAT: zł.

.....
podpis Wykonawcy

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/39/2024 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.
3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp).
Oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, które stanowią podstawę do uznania za rzetelnie podjęte przeze mnie działania w procesie sanacyjnym przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie mojego oświadczenia przedstawiam następujące dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)¹.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zamawiający:
Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **CLO/ZP/39/2024** prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

- Oświadczam, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową*,
- Oświadczam, że przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, tj. (nazwa Wykonawcy), który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (w załączeniu dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)*.

*należy zaznaczyć właściwe

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego:

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
- e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- h) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
- i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp,
- j) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

są aktualne.

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty