

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 272165010
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Jana Pawła II 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Siemianowice Śląskie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 41-100
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@clo.com.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.clo.com.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00668213
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-12-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00663700
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Zamawiający w celu weryfikacji złożonych w postępowaniu przez wykonawców ofert w zakresie spełniania postawionych w opisie przedmiotu zamówienia warunków wymaga złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą folderów, katalogów bądź innej dokumentacji (podając numer katalogowy i nazwę handlową produktu lub nazwę handlową produktu w przypadku braku numeru katalogowego), która potwierdzi wskazane przez zamawiającego w załączniku nr 11 do SWZ parametry oferowanych elementów urządzeń (z zaznaczeniem w nich odpowiednich punktów ze specyfikacji), które wyszczególniono w następujących pozycjach tabel zawierających parametry / warunki:

1. Automatyczna myjnia dezynfektor - 3 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1– 9, 17-18, 26-29, 33-36.
2. Sterylizator parowy o pojemności 4 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną elektryczną wytwornicę pary - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 8, 18-32.
3. Sterylizator parowy o pojemności 8 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną elektryczną wytwornicę pary - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 8, 18-32.
4. Zestaw do sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu:
 - Sterylizator niskotemperaturowy gazowy na tlenek etylenu - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 22.
 - Urządzenie do katalicznego spalania tlenku etylenu - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 5.

Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

Po zmianie:

Zamawiający w celu weryfikacji złożonych w postępowaniu przez wykonawców ofert w zakresie spełniania postawionych w

opisie przedmiotu zamówienia warunków wymaga złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą folderów, katalogów bądź innej dokumentacji lub oświadczenia własnego wykonawcy (podając numer katalogowy i nazwę handlową produktu lub nazwę handlową produktu w przypadku braku numeru katalogowego), które potwierdzą wskazane przez zamawiającego w załączniku nr 11 do SWZ parametry oferowanych elementów urządzeń (z zaznaczeniem w nich odpowiednich punktów ze specyfikacji), które wyszczególniono w następujących pozycjach tabel zawierających parametry / warunki:

1. Automatyczna myjnia dezynfektor - 3 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1– 9, 17-18, 26-29, 33-36.
2. Sterylizator parowy o pojemności 4 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną elektryczną wytwornicę pary - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 8, 18-32.
3. Sterylizator parowy o pojemności 8 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną elektryczną wytwornicę pary - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 8, 18-32.
4. Zestaw do sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu:
 - Sterylizator niskotemperaturowy gazowy na tlenek etylenu - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 22.
 - Urządzenie do katalicznego spalania tlenku etylenu - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 5.

Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Foldery, katalogi bądź inna dokumentacja (podając numer katalogowy i nazwę handlową produktu lub nazwę handlową produktu w przypadku braku numeru katalogowego), która potwierdzi wskazane przez zamawiającego w załączniku nr 11 do SWZ parametry oferowanych elementów urządzeń (z zaznaczeniem w nich odpowiednich punktów ze specyfikacji), które wyszczególniono w następujących pozycjach tabel zawierających parametry / warunki:

1. Automatyczna myjnia dezynfektor - 3 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1– 9, 17-18, 26-29, 33-36.
2. Sterylizator parowy o pojemności 4 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną elektryczną wytwornicę pary - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 8, 18-32.
3. Sterylizator parowy o pojemności 8 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną elektryczną wytwornicę pary - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 8, 18-32.
4. Zestaw do sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu:
 - Sterylizator niskotemperaturowy gazowy na tlenek etylenu - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 22.
 - Urządzenie do katalicznego spalania tlenku etylenu - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 5.

Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

Po zmianie:

Foldery, katalogi bądź inna dokumentacja lub oświadczenie własne wykonawcy (podając numer katalogowy i nazwę handlową produktu lub nazwę handlową produktu w przypadku braku numeru katalogowego), które potwierdzą wskazane przez zamawiającego w załączniku nr 11 do SWZ parametry oferowanych elementów urządzeń (z zaznaczeniem w nich odpowiednich punktów ze specyfikacji), które wyszczególniono w następujących pozycjach tabel zawierających parametry / warunki:

1. Automatyczna myjnia dezynfektor - 3 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1– 9, 17-18, 26-29, 33-36.
2. Sterylizator parowy o pojemności 4 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną elektryczną wytwornicę pary - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 8, 18-32.
3. Sterylizator parowy o pojemności 8 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną elektryczną wytwornicę pary - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 8, 18-32.
4. Zestaw do sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu:
 - Sterylizator niskotemperaturowy gazowy na tlenek etylenu - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 22.
 - Urządzenie do katalicznego spalania tlenku etylenu - 1 szt.: Lp. I Parametry ogólne pozycja: 1 – 5.

Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-01-10 09:00

Po zmianie:

2025-01-10 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-01-10 09:30

Po zmianie:

2025-01-10 12:30