

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 2

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce77d132-8f62-4dd9-be0b-0fac2c502bba

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00672915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00048591/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce77d132-8f62-4dd9-be0b-0fac2c502bba>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl>****3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej.

2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): a) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozp. Prezesa RM z dn. 30.12.2020 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej "rozp. Prezesa RM w spr. wymagań dla dokumentów elektronicznych") opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). b) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozp. Prezesa RM w spr. wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: - w formatach danych określonych w przepisach rozp. RM z dn. 21.05.2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załącznik), lub - jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości email lub w treści „Formularza do komunikacji”). c) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@clo.com.pl d) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. e) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. f) Max. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny: CLO/ZP/53/2024****4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy****4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak****4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak****4.1.9.) Liczba części: 23**

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

1. Ostrza uniwersalne jednokrotnego użytku do strzygarki chirurgicznej, pakowane pojedynczo, kompatybilne ze strzygarką 3M model 9681. Wyrób medyczny.

Ilość: 1000 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2

1. Zestaw membran do nebulizatora Aerogen Pro, w komplecie złącze typu T dla dorosłych 22 mm. Wyrób medyczny. Ilość: 30 szt. Opakowanie: po 10 szt.

Ilość: 3 opakowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Pakiet 3

1. Papier do aparatu EKG Aspel GOLD. Wymiary: 210 mm x 25 m. Wyrób medyczny.

Ilość: 35 sztuk

2. Papier do aparatu EKG Mortara ELI 250. Wyrób medyczny.

Ilość: 12 sztuk

3. Elektroda do defibrylatora IPAD CU Medical System Inc. Wyrób medyczny.

Ilość: 4 sztuki

Opakowanie: po 2 sztuki

Ilość: 2 opakowania

4. Papier do defibrylatora Nihon Kohden, termiczny 50 mm x 30 mm, rozmiar gilzy (średnica wewnętrzna 16 mm). Wyrób medyczny

Ilość: 15 sztuk

5. Jednorazowe elektrody do defibrylatora Lifepak 20. Wyrób medyczny.

Ilość: 4 sztuki

Opakowanie: po 2 sztuki

Ilość: 2 opakowania

6. Elektrody do defibrylatora Nihon Kohden 3100. Wyrób medyczny.

Ilość: 8 sztuk

Opakowanie: po 2 sztuki

Ilość: 4 opakowania

7. Elektrody samoprzylepne jedнокrotnego użytku, przeznaczone do wykonywania badań EKG i monitorowania pacjenta dorosłego, wykonane z pianki, średnica nie mniejsza niż 42 mm i nie większa niż 55 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 30 000 sztuk

Opakowanie: po 50 sztuk

Ilość: 600 opakowań

8. Żel do USG i EKG. Opakowanie własne z możliwością dozowania. Wyrób medyczny.

Ilość: 15 000 ml

Opakowanie: 500 ml (zamawiający dopuszcza opakowanie 500 g)

Ilość: 30 butelek

9. Klamra, adapter jako przedłużenie odprowadzeń EKG.

Ilość: 50 sztuk.

Opakowanie: po 10 sztuk

Ilość: 5 opakowań

10. Adapter zakończeń EKG - przejściówka z drenem z końcówką banan na klamrę. Wyrób medyczny.

Ilość: 20 sztuk

Opakowanie: po 10 sztuk

Ilość: 2 opakowania

11. Kabel IEC do EKG Mortara ELI 250C, 10-realizacji, przewody 28 pin, gniazdo – banan 4.0. Wyrób medyczny.

Ilość: 20 sztuk

12. Bezprzewodowy moduł akwizycji WAM, bez kabli pacjenta. Kompatybilny z aparatem EKG Mortara ELI 250 C. Wyrób medyczny.

Ilość: 1 sztuka

13. Gotowy Elektrody do EKG, samoprzylepne wykonane z pianki, średnica 55 mm z żelem stałym. Elektrody przeznaczone do testów wysiłkowych. Wyrób medyczny.

Ilość: 6000 sztuk

Opakowanie: po 30 sztuk

Ilość: 200 opakowań

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Kryterium 1 = najniższa zaferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4

1. Jednorazowa elektroda neutralna dzielona o symetrycznych połówkach o powierzchni 85 cm² (+/- 1 cm) z dodatkowo odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią od połówek elektrody o powierzchni 23 cm² (+/- 1 cm). Wyrób medyczny

Ilość: 1250 sztuk

Opakowanie: po 50 sztuk

Ilość: 25 opakowań

2. Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4-4,5 m, wejście 1-pinowe do ERBE. Wyrób medyczny,

Ilość: 2 sztuki

3. Elektroda szpatułkowa prosta, elastyczna 3x24 mm, długość 60 mm, średnica trzpienia 2,4 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 10 sztuk

Opakowanie: po 5 sztuk

Ilość: 2 opakowania

4. Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o dł. 3-4 m. Wyrób medyczny.

Ilość: 2000 sztuk

Opakowanie: po 25 sztuk

Ilość: 80 opakowań

5. Uchwyt elektrod monopolarny jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą igłową, kablem przyłączeniowym o dł. 3-4 m. Wyrób medyczny.

Ilość: 25 sztuk.

Opakowanie: po 25 sztuk

Ilość: 1 opakowanie

6. Elektroda szpatułkowa prosta, elastyczna 3 mm x 24 mm, długość 60 mm, średnica trzpienia 4 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 5 sztuk

Opakowanie: po 5 sztuk

Ilość: 1 opakowanie

7. Filtr główny do ewakuatora dymu Erbe IES 3, z przyłączem średnicy 22 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 1 sztuka

8. Adapter z wtyczką, VIO, ICC, ACC Standard – 3-pinowa. Wyrób medyczny.

Ilość: 2 sztuki

9. Bipolarny kabel o długości 3-4,5 m, kompatybilny z aparatem ERBE ICC 300, ERBE VIO300 D. Wyrób medyczny.

Ilość: 1 sztuka

10. Elektroda igłowa prosta, średnica 8 mm x 29 mm, długość 65 mm, średnica trzpienia 2,4 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 5 sztuk

11. Elektroda igłowa prosta, średnica 8 mm x 29 mm, długość 65 mm, średnica trzpienia 4 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 5 sztuk

12. Elektroda igłowa prosta, średnica 0.5 mm x 3 mm, wolframowa, długość 55 mm, średnica trzpienia 2.4 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 5 sztuk

13. Elektroda igłowa prosta, izolowana, średnica 0,5 mm x 3 mm, wolframowa, długość 55 mm, średnica trzpienia 4 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 5 sztuk

14. Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu z elektrodą szpatułkową, z nieprzywierającą powłoką, kabel przyłączeniowy 3,0 m. Wyrób medyczny.

Ilość: 280 sztuk

Opakowanie: po 20 sztuk

Ilość: 14 opakowań

15. Pułapka wodna do ochrony kasety filtra głównego ewakuatora dymu. Wyrób medyczny.

Ilość: 100 sztuk

16. Filtr wstępny do ewakuatora dymu z przyłączem o średnicy 22 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 150 sztuk

Opakowanie: po 15 sztuk

Ilość: 10 opakowań

17. Uchwyt elektrod monopolarny wielorazowy z dwoma przyciskami oraz kablem przyłączeniowym dł. 4-4,5 m, obsadką o średnicy 2,4 mm oraz wejściem od strony aparatu, 1-pinowy. Kompatybilny z aparatem ERBE ICC 300, ERBE VIO 300D. Wyrób medyczny.

Ilość: 6 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5

1. Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, MMAD 2,7 qm, czyste biologicznie. Tempo nebulizacji przy przepływie 6-8 l/min: 0,35-0,41 ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. Wyrób medyczny.

Ilość: 200 sztuk

2. Układ jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o średnicy 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą rozciągliwą w zakresie 0,6-1,8 m, z 2 l workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C/ 1 m przy przepływie 4 l/min, opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H₂O i wydechowy 0,16 cm H₂O przy przepływie 10l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. W zestawie wewnętrzny przewód do próbkowania gazu o dł. 2,75 m z łącznikiem typu męskiego wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta. Jednorazowe, mikrobiologicznie czyste. Wyrób medyczny.

Ilość: 300 sztuk

3. Nebulizator nisko objętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, średnica cząstek aerozolu MMAD 3,27 qm, frakcja respirabilna, przepływ 7-8 LPM, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2,5 ml. Produkt czysty biologicznie, bez lateksu DEHP, bisfenolu, bez metalowych części. W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego. Wyrób medyczny.

Ilość: 250 sztuk

4. Nebulizator nisko objętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, średnica cząstek aerozolu MMAD 3,27qu, frakcja respirabilna, przepływ 7-8 LPM, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2,5 ml. Produkt czysty biologicznie, bez lateksu DEHP, biosfenolu. W zestawie z nebulizatorem: ustnik, łącznik T (możliwość wpięcia do obwodu oddechowego), rura karbowana 15 cm, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej standardowego lub łącznika gwintowanego. Wyrób

medyczny.
Ilość: 200 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaofferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6

1. Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych, dwururowy, średnica 22 mm i długość 180 cm (+/- 1 cm) z workiem 2 litrowym co najmniej mikrobiologicznie czysty. Rury rozciągliwe. Wyrób medyczny.

Ilość: 300 sztuk

2. Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych, antybakteryjny – powlekany jonami srebra, dwururowy, średnica 22 mm i długości 160 cm (+/- 1 cm) z odłączanym trójnikiem Y, portami, zatyczkami i kapturkiem zabezpieczającym, w zestawie dodatkowa gałąź o długości 80 cm (+/- 1 cm) i średnicy 22 mm oraz jednorazowym workiem o pojemności 2 l, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Wyrób medyczny.

Ilość: 50 sztuk

3. Filtr mechaniczny hydrofobowy, membrana zapewniająca skuteczność przeciwwirusową, przeciwprątkową i przeciwbakteryjną: minimum 99%, objętość wewnętrzna nie mniejsza niż 74 ml, waga nie większa niż 38 g, opór przepływu nie większy niż 2,8 cm H₂O /60 l /min, czas użycia dla jednego pacjenta 24 godziny o objętości oddechowej V_t - 300 - 1200 ml, port kapno zakręcany, złącze 22F/15M, co najmniej mikrobiologicznie czyste. Wyrób medyczny.

Ilość: 1000 sztuk

4. Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy respiratorze na ramionach wlotowym i wylotowym, lub innym urządzeniu medycznym, membrana zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej nie mniej niż 99% , objętość 90-95 ml, opór przepływu nie większy niż 2,0cm H₂O/60L/min, czas stosowania minimum 24 godziny, złącze 22F/22F bez portów co najmniej czysty mikrobiologicznie. Wyrób medyczny.

Ilość: 1000 sztuk

5. Uniwersalny filtr przeznaczony do ssaka medycznego, z hydrofobową membraną wykonaną z PTFE, która zapewnia maksymalną ochronę przeciw infekcji bakteryjnej, jednocześnie zabezpieczając ssak przeciw przeniknięciu płynów do wnętrza urządzenia. Zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 99,99 %. Filtr posiada krućce stożkowe o średnicy 6-8 mm, obudowa z przezroczystego materiału o średnicy 6-7 cm umożliwiającego obserwację zabrudzenia filtra. Wyrób medyczny.

Ilość: 200 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaofferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z

ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7

1. Klips na ucho wielorazowy do pomiaru SPO2 dorosły/dziecko (>30 kg). Długość przewodu 2-2.5 m. Przewód dołączeniowy kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501 K. Wyrób medyczny.

Ilość: 5 sztuk

2. Czujnik SPO2 Blu PRO do pomiaru na ucho. Do użytku jednego pacjenta. Kompatybilny z poz. 1. Kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501 K. Wyrób medyczny.

Ilość: 50 sztuk.

Opakowanie: po 10 sztuk

Ilość: 5 opakowań

3. Przewód główny dołączeniowy NIBP dziecko/dorosły. Długość przewodu 3-3,5 m. Przewód kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501 K. Wyrób medyczny.

Ilość: 3 sztuki

4. Czujnik temperatury powierzchni ciała, złącze jack 6,3 mm, rozmiar dysku: 10 mm średnicy. Czujnik kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501 K. Wyrób medyczny.

Ilość: 10 sztuk

5. Czujnik SpO2 Blu PRO typu klips na palec dziecko/dorosły (>20 kg) palec. Długość przewodu 1-2 m. Kompatybilny z kablem głównym do pomiaru SpO2 monitor Nihon Kohden BSM 6501 K. Wyrób medyczny.

Ilość: 5 sztuk

6. Przewód połączeniowy SpO2 do czujników Nihon Kohden BSM 6501K. Kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM 6501 K. Wyrób medyczny.

Ilość: 5 sztuk

7. Przewód elektrod EKG, 3 odprowadzenia, klips, długość przewodu 0,8-1 m. Kompatybilny z przewodem z poz. 8. Kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM 6501 K. Wyrób medyczny.

Ilość: 3 sztuki.

8. Przewód główny EKG, 3/6 odprowadzenia, długość przewodu 3-3,5 m. Kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM 6501 K. Wyrób medyczny.

Ilość: 2 sztuki.

9. Przetwornik jednopacjentowy do pomiaru inwazyjnego ciśnienia (pomiar IBP lub OCŻ) kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Wyrób medyczny.

Ilość: 150 sztuk

Opakowanie: po 10 sztuk.

Ilość: 15 opakowań

10. Kabel główny do pomiaru CO2 w strumieniu głównym, długość przewodu. 3-3,5 m, po podłączeniu gotowy do pracy, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Wyrób medyczny.

Ilość: 2 sztuki

11. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - silikonowy na palec, dla dorosłych dł. 3-3,5 m. Kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501 K i przewodem połączeniowym wskazanym w poz. 6. Wyrób medyczny.

Ilość: 5 sztuk

12. Jednorazowy adapter do kapnografii dla pacjentów zaintubowanych, w strumieniu głównym, kompatybilny z czujnikiem CO2 TG-920P, przeznaczony dla dzieci i dorosłych (> 7 kg), adapter posiada warstwę zabezpieczającą przed osadzeniem się wody zakłócającym pomiar, przestrzeń martwa: max 5 ml. Wyrób medyczny.

Ilość: 50 sztuk.

Opakowanie: po 50 sztuk

Ilość: 1 opakowanie

13. Przetwornik jednopacjentowy, czujnik do monitorowania hemodynamiki serca, typu FloTrac. Wyrób medyczny.

Ilość: 10 sztuk.

Opakowanie: po 5 sztuk.

Ilość: 2 opakowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8

1. Mankiet wielorazowy na ramię do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej szer. 13 cm, obwód kończyny: 23 cm – 33 cm (+/- 1 cm), kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Wyposażony w zatyczkę wodoszczelną zapobiegającą dostawaniu się płynów do worka w trakcie czyszczenia i dezynfekcji. Żywotność worka wynosi min 30000 cykli. Kompatybilny z technologią pomiaru NIBP podczas pompowania mankieta. Wyrób medyczny.
Ilość: 15 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9

1. Końcówka robocza do hydrochirurgicznego oczyszczania ran. Sterylna, z przepływem cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowymi odprowadzającym i ssącym wyposażonymi w mandryn uniwersalny z zaciskiem zamykającym, pompą indukcyjną wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzające maksymalne ciśnienie przepływu cieczy ok. 1200 barów. Parametry końcówki 15 stopni/14 mm; 45stopni/8mm (zamawiający dopuszcza wybór końcówki w zależności od potrzeb). Kompatybilny z urządzeniem Versajet II. Wyrób

medyczny,
Ilość: 10 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 10

1. Ostrza do dermatomu AESCULAP GB 22. Wyrób medyczny.

Ilość: 800 sztuk

Opakowanie: po 10 sztuk

Ilość opakowań: 80

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 11

1. Szablon (płytko) do powiększeń, uniwersalna typu 770800010, do dermatomu siatkowego Zimmer, jednorazowego

użytku. Wyrób medyczny.

Ilość: 800 sztuk

Opakowanie: po 20 sztuk

Ilość: 40 opakowań

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 12

1. Sterylne siatki wykonane z PCV do siatkowicy Mesh Graft II. Dostępne w poniższych proporcjach poszerzania tkanki 1,5:1,3:1. Wyrób medyczny.

Ilość: 800 sztuk

Opakowanie: po 20 sztuk

Ilość: 40 opakowań

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 13

1. Sterylna płytka do nacinania i powiększania powierzchni pobranego przeszczepu do siatkownicy Mesh, długość 28 cm, szerokość 78,8mm, współczynnik rozszerzalności 1:1,5; 1:2; 1:3, symetryczne nacięcia w kształcie litery V nośników zapobiegające niepożądanym ruchom bocznym przeszczepu podczas nacinania, elastyczny materiał polipropylenowy klasy medycznej, pojedynczo sterylne pakowane. Wyrób medyczny.

Ilość: 800 sztuk

W opakowaniu: 10 sztuk

Ilość: 80 opakowań

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 14

1. Materac przeciwoleżynowy na stół operacyjny - kompatybilny ze stołem operacyjnym Ben Q Tri Max 650 NSKB (2020-2022). Materac wykonany z pianki poliuretanowej. Gęstość pianki minimum 40kg/m³. Pianka wytrzymała, wodoszczelna, aseptyczna, całkowicie higieniczna. Grubość materaca 5-6 cm. Wyrób medyczny.

Ilość: 2 sztuki

2. Materac - element rąk na stół operacyjny. Materac wykonany z pianki poliuretanowej. Gęstość pianki minimum 40kg/m³. Pianka wytrzymała, wodoszczelna, aseptyczna, całkowicie higieniczna. Grubość materaca 5-6 cm. Grubość musi być zgodna z grubością z materaca z pozycji 1. Wyrób medyczny.

Ilość: 4 sztuki

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 15****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Pakiet 15

1. Rury karbowane w zwoju o długości 50 mb (+/- 2 mb), z mankietem co 20 cm lub 40 cm, średnica 22 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 200 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 100**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 16****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Pakiet 16

1. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm, średnica przewodu 0,40 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 100 sztuk

2. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 6 mm, średnica przewodu 0,40 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 100 sztuk

3. Pułapka na polipy. Jednorazowa, z jedną komorą. Wyrób medyczny.

Ilość: 100 sztuk

4. Kleszczyki biopsyjne jumbo jednorazowego użytku, kolonoskopowe, łyżeczki owalne, bez igły, średnica 3,0 mm, długość robocza 230 cm (+/- 10 cm), rozwarcie łyżeczki 10 mm. (+/- 1 mm). Wyrób medyczny.

Ilość: 400 sztuk

5. Kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku, gastroscopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, długość miseczek 3,4 mm (+/- 0,2 mm), szerokość miseczek 2,3 mm, rozwarcie łyżeczki do 6,5 mm, długość robocza 180 cm (+/- 20 cm) do kanału operacyjnego 2,8 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 200 sztuk

6. Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską, szerokość 30 mm, wysokość 22 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 150 sztuk

7. Szczoteczki do czyszczenia bronchoskopów, średnica szczoteczki 3 mm, długość 100-105 cm. Jednorazowego użytku. Wyrób medycznych.

Ilość: 50 sztuk

8. Szczoteczki czyszczące, jednorazowe, dwustronne; jedna: średnica włosa 5 mm długość szczoteczki 20 mm, druga: średnica włosa 10 mm długość szczoteczki 30 mm, długość narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,7 mm. Wyrób medyczny.

Ilość: 50 sztuk

9. Kleszczyki biopsyjne do bronchoskopu. Wyrób medyczny.

Ilość: 10 sztuk

10. Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm, objętość miseczki 1,628 mm³. Wyrób medyczny.

Ilość: 50 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 17

1. Komora nebulacyjna, możliwość sterylizacji, wężyk 1,2 m (+/- 0,5 cm), ustnik z zaworem, połączone z dużą, miękką maską twarząwą. Wydajność 450 mg/min, średnia masa cząsteczki MMD 2,2 um, ilość cząsteczek poniżej 5 um.

Kompatybilny

z urządzeniem kompresorem PariBoy SX. Wyrób medyczny.

Ilość: 10 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 18

1. Część twarzowa maski BIBS / SCOTT przeznaczonych do podawania mieszanin tlenowych lub gazowych w środowisku komory hiperbarycznej. Rozmiar L, XL.

Ilość: 10 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesięcy**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 100**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 19****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Pakiet 19

1. Maski do nieinwazyjnej wentylacji NIV, używana do podłączenia aparatu oddechowego po stronie pacjenta, do nieinwazyjnej wentylacji dodatnim ciśnieniem. Rozmiar L. Wyrób medyczny.

Ilość: 10 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesięcy**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 100**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 20****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Pakiet 20

1. Półmaska wielokrotnego użytku, wykonana z elastomeru. Półmaska powinna mieć możliwość podłączenia z obu stron taśm nagłowia i tak być skonstruowana by można było łączyć w dwóch miejscach z rurami o średnicy 22 mm (rury odprowadzające zużyte gazy medyczne). Maski do użytku w komorach hiperbarycznych i terapii tlenem. Rozmiar S, M, L.
Ilość: 200 sztuk
2. Zestaw nagłowia do półmasek. Zestaw kompatybilny z półmaskami z pozycji 1.
Ilość: 200 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia****Pakiet 21**

1. Uniwersalna kołderka grzewcza. Wymiary 213 cm x 91 cm (+/- 1 cm). Do systemu ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem powietrza. Kompatybilna z urządzeniem 3M Bair Hugger Therapy. Wyrób medyczny.
Ilość: 1008 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 22

1. Karta eksploatacyjna SmartCard do monitora hemodynamicznego LIDCO metodą małowazyjną – typu wielopacjentowa 720 min.

Ilość: 10 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 100**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 23****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Pakiet 23

1. System ogrzewania ciała pacjenta w postaci materaca. Możliwość wykorzystania na stole operacyjnym. System powinien zawierać suche grzanie bez udziału wody lub powietrza. Regulacja temperatury w zakresie 32-39 °C. Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 41 °C, przy którym urządzenie z automatu się samo wyłącza. Każda ze stron materaca powinna być stroną aktywną (grzewczą). Element grzewczy, wymiary: długość 1500 mm, szerokość 500 mm. Materac grzewczy powinien posiadać dedykowany pokrowiec, jak również uniwersalny element grzewczy na górne części ciała (ręce). Materac grzewczy musi być wyposażony w urządzenie sterujące oraz kable dołączeniowe. Materiał z jakiego jest wykonany musi posiadać dopuszczalność do stosowania środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu i nadtlenu wodoru. Wyrób medyczny.

Ilość: 1 sztuka

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Kryterium 1 = najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu / wartość brutto pakietu badanej oferty x 100 pkt.

Wynik: Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ):

1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,

e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

h) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp,

j) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w celu weryfikacji złożonych w postępowaniu przez Wykonawców ofert w zakresie spełniania postawionych w opisie przedmiotu zamówienia warunków wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą:

Kart katalogowych bądź innej dokumentacji (podając numer katalogowy i nazwę handlową produktu lub nazwę handlową produktu w przypadku braku numeru katalogowego), które potwierdzą wszystkie parametry przedmiotu zamówienia, które wskazano w Rozdziale 5 w punkcie 5.3. SWZ (z zaznaczeniem w nich odpowiednich punktów ze specyfikacji).

Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe bądź inna dokumentacja (podając numer katalogowy i nazwę handlową produktu lub nazwę handlową produktu w przypadku braku numeru katalogowego), które potwierdzą wszystkie parametry przedmiotu zamówienia, które wskazano w Rozdziale 5 w punkcie 5.3. SWZ (z zaznaczeniem w nich odpowiednich punktów ze specyfikacji).

Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym w części dotyczącej poszczególnych pakietów nie uzupełni wymaganych dla danego pakietu danych, pozostawiając formularz w tej części całkowicie nieuzupełniony, zamawiający uzna, iż wykonawca nie złożył oferty na dany pakiet.

2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

3. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/y niewskazane w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 20 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4), składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

- 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
- 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
- 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
- 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
- 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączając jednocześnie do oferty udzielone pełnomocnictwo.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
- 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
- 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
- 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

- 8.1.) Termin składania ofert: 2025-01-13 08:00
- 8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Szczegóły w Rozdziale 18 SWZ.
- 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2025-01-13 08:30
- 8.4.) Termin związania ofertą: do 2025-02-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w Rozdziale 13 SWZ.
2. Opis sposobu przygotowania oferty zawarto w Rozdziale 17 SWZ.
3. Sposób składania ofert opisano w Rozdziale 18 SWZ punkt 18.1 SWZ.
4. Sposób obliczenia ceny opisano w Rozdziale 24 SWZ.
5. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarto w Rozdziale 29 SWZ.
6. W przypadku zawierania umowy w formie pisemnej, zamawiający wezwie wykonawcę do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania w formie elektronicznej na wskazany adres email wykonawcy. Termin rozpoczęcia realizacji umowy rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na podpisanie umowy wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
7. W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej, zamawiający wyśle umowę w formie elektronicznej podpisaną ze strony zamawiającego na wskazany adres email wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych dokona zwrotu umowy podpisanej w formie elektronicznej ze strony wykonawcy. Termin rozpoczęcia realizacji umowy rozpoczyna swój

bieg od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na podpisanie umowy wskazanego w zdaniu drugim niniejszego punktu.

8. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) opisano w Rozdziale 20 SWZ.

9. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 60% wartości zamówienia zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 40% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 40% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

10. Dostawa: Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar zgodnie z zamówieniem w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia (pisemnie, mailowo, elektronicznie) do magazynu Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 2 w Siemianowicach Śląskich (dotyczy pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23) lub do Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 2 w Siemianowicach Śląskich (dotyczy pakietów: 9, 10, 11, 12, 13 i 16).