

**korekta odpowiedzi**

zam.: 16.04.2024 r.

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi udzielonej w dniu 12.04.2024 r.

na **pytanie 3 w zestawie 1.**

**3**

*pakiet 1, poz. 4*

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml z skalą co 0,2ml?

**Odpowiedź:**

**było:**

Zamawiający oczekuję przedmiotu zgodnego z SWZ.

**powinno być:**

Zamawiający w zakresie Pakietu 1 pozycji 4 oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

W zakresie Pakietu 1 pozycji 5 Zamawiający dokonuje korekty zapisów SWZ na następujące:

*Strzykawka 3-częściowa 5 ml, czytelna skala co 0,1 ml lub 0,2 ml. Końcówka typu Luer Lock. Sterylna. Pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk. Wyrób medyczny. Ilość: 300 sztuk.*