



Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Siemianowice Śląskie, 21.05.2024 r.

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Jednorazowa dostawa aparatury i urządzeń laboratoryjno-diagnostycznych”, sprawa nr CLO/ZP/12/2024*

**Pytania 1-3 dotyczą zadania nr 1: Homogenizator ręczny z narzędziem dyspergującym do rozdrabniania tkanek w roztworze**

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuści homogenizator ręczny dedykowany do pracy w zakresie od 0,5 do 100 ml, bez wyświetlacza cyfrowego, programatora czasu oraz funkcji licznika czasu oraz timera z bezstopniową regulacją prędkości od 8 000 rpm do 30 000 rpm.

Kontrola oraz ustawienie obrotów odbywa się za pomocą pokrętła. Waga urządzenia 0.61 kg. Urządzenie bez interfejsu USB

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza homogenizator ręczny bez programatora czasu oraz bez funkcji timera/licznika oraz bez interfejsu USB, natomiast wymaga aby urządzenie było wyposażone w wyświetlacz cyfrowy. Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 w ww. zakresie.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści homogenizator o opisanych parametrach ale w zakresie pracy od 1 ml dedykowany raczej do pracy na statywie. Zakres obrotów 3000 - 25000 rpm; waga 3 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza **homogenizator ręczny** w zakresie pracy 0,5 (+ 0,5 ml) do 100 ml. Homogenizator dopuszcza możliwość pracy homogenizatora na statywie, ale zaferowane urządzenie **musi umożliwiać pracę w formie ręcznej**. Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 w ww. zakresie.

**Pytanie 3:**

Zwracam się również z prośbą o doprecyzowanie ilości i własności końcówek

- Końcówki dedykowane do cięcia materiałów tkankowych, włóknistych są ostro zakończone
- Końcówki dedykowane do rozcierania, emulgowania homogenizacji materiału są zakończone gładko i uzyskuje się w nich w efekcie końcowym emulsje i zawiesiny.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ, szczegóły w tabeli Opis przedmiotu zamówienia - wymagania zamawiającego, punkty 16-18.

---

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

adres: ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie,  
REGON 272165010, NIP 6431005873, BDO 000023149  
centrala 32 7357 696 / Biuro Dyrektora 32 7357 600 / fax 32 7357 603 / email: clo@clo.com.pl  
konto bankowe: ING Bank Śląski o/Siemianowice Śląskie 65 1050 1357 1000 0022 0881 0537

forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
KRS nr 0000182167 prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr 13790



www.clo.com.pl

**Pytania 4-8 dotyczą Pakietu nr 5 - Przenośny licznik cząstek w powietrzu do monitorowania i kwalifikacji pomieszczeń czystych – 1 sztuka**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści licznik – poziom zera <1 zliczeń / 5 min.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyświetlacz o przekątnej 5,7 cala?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 5 w ww. zakresie.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania licznik cząstek z lepszymi wartościami odnośnie środowiska pracy tj. temperatura pracy od 10° do 40°C oraz wilgotności od 20-90%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 5 w ww. zakresie.

**Pytanie 7:**

Prosimy o dopuszczenie terminu dostawy do 8 tygodni.

**Odpowiedź:**

W Rozdziale 11 SWZ określono termin realizacji zamówienia: *W ciągu 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy.* Termin wskazany w Pytaniu 7 zawiera się w terminie określonym w SWZ.

**Pytanie 8:**

Prosimy o sprecyzowanie ilości i wielkości kanałów do pomiarów przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ. Dla zamawiającego istotny jest zakres pomiarowy oraz ilość kanałów, zgodnie z tabelą Opis przedmiotu zamówienia - wymagania zamawiającego, punkty 2 i 6. Zamawiający nie wymaga konkretnych wielkości kanałów.

**Pytania 9-14 dotyczą Pakietu nr 4**

**Pytanie 9:**

SWZ-Czy zamawiający odstąpi od wymogu z pakietu 4 , lp.IV pkt 23 „W zestawie 4 autoklawowalne głowice do pobierania próbek kompatybilne z aparatem” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 10:**

Projekt umowy- §8pkt 1. Czy dla pakietu 4 Zamawiający wyrazi zgodę na 12 miesięczny okres rękojmi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11:**

Projekt umowy- §8pkt 1. Czy dla pakietu 4 Zamawiający wyrazi zgodę na 24 miesięczny okres gwarancji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje korekty SWZ w ww. zakresie.

**Pytanie 12:**

Projekt umowy- §8pkt 2. Czy dla pakietu 4 Zamawiający wyrazi zgodę na 14 dniowy okres naprawy lub wymiany części przedmiotu umowy liczony od dnia rozpatrzenia reklamacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje korekty SWZ w ww. zakresie.

**Pytanie 13:**

Proszę o doprecyzowania wymagania w Pakiecie nr 4:

A. "Prędkość zderzenia cząsteczek o powierzchnię podłoża 20 m/s".

1. Czy Zamawiający dopuści aparat o innej prędkości zderzenia?
2. Czy wartość wskazana przez Zamawiającego jest wartością minimalną lub maksymalną dla danego parametru?

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Wskazana w SWZ wartość 20 m/s jest wartością maksymalną.

**Pytanie 14:**

Proszę o doprecyzowania wymagania w Pakiecie nr 4:

B. "Wilgotność względna: 0 % – 95 %"

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z warunkami pracy 10-90% wilgotności względnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje korekty SWZ w ww. zakresie.