

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 4

zestaw 1 [zam.: 21.05.2024]	2
zestaw 2 [zam.: 27.05.2024]	3

1[pakiet 2, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny wąski, wielorazowy z dwoma przyciskami, długość 145mm, kablem przyłączeniowym dł. 5 m, do elektrod 4 mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, wtyczka 3 bolcowa, minimum 100 cykli sterylizacji? Uchwyt kompatybilny z diatermią ARC 303.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza produktu.

2[pakiet 2, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny szeroki, wielorazowy z dwoma przyciskami, długość 160mm, kablem przyłączeniowym dł. 4 m, do elektrod 4 mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, wtyczka 3 bolcowa, minimum 400 cykli sterylizacji? Uchwyt kompatybilny z diatermią ARC 303.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i dokona zmiany zapisów w SWZ.

3[pakiet 2, poz. 1 i 3](#)**Pytanie:**

Prosimy o wydzielenie poz 1 i 3 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie którejkolwiek pozycji z pakietu.

4[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie kabla do 50 cykli sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5[pakiet 2, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie uchwytu o długości 150mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza uchwyt o długości 150mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań. Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ.

6[pakiet 3](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie terminu realizacji zamówienia dla pakietu 3-12 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia.

1

[projekt umowy \(zał. 3a\): § 3 ust. 2](#)**Pytanie:**

Chcielibyśmy prosić o zmianę terminu realizacji na co najmniej **1 miesiąc** w poniższym punkcie umowy:

Projekt Umowy 3a Warunki i termin realizacji §3 pkt. 2

*Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar zgodnie z zamówieniem w ciągu **5 dni roboczych** od daty zgłoszenia zamówienia (pisemnie, mailowo, elektronicznie) do magazynu Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 2 w Siemianowicach Śląskich.*

Prośba wynika z faktu, iż nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

Materace stołów operacyjnych standardowo wykonujemy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania oryginalnych segmentów na wzór lub otrzymania szczegółowych szkiców. Należy zwrócić uwagę, iż wysyłka gotowych elementów może zająć kilka dodatkowych dni, zależnie od przewoźnika.

Natomiast tapicerowanie innych mebli medycznych odbywa się w naszym mobilnym busie na miejscu u zleceniodawcy. Czas oczekiwania na realizację tego rodzaju usługi to 4-6 tygodni.

Czas samej usługi wynosi kilka godzin, a usługa odbywa się w wyznaczonym wcześniej terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

2

[projekt umowy \(zał. 3b\): § 3 ust. 2](#)**Pytanie:****do wzoru umowy, dotyczy wyłącznie pakietu 5**

prosimy o wykreślenie zdania

*Zamówienie zostanie złożone nie później niż **w pierwszych 7 dniach miesiąca** poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi dostawa przedmiotu zamówienia*

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy w zakresie § 3 ust. 2:

*Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowej sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy na podstawie zamówienia wysłanego przez Zamawiającego w formie faksu lub wiadomości e-mail. Zamówienie zostanie złożone nie później niż **8 tygodni** przed miesiącem, w którym powinna nastąpić dostawa przedmiotu zamówienia.*

3

[projekt umowy \(zał. 3b\): § 3 ust. 2](#)**Pytanie:**

lub zastąpienie zapisem

*Zamówienie zostanie złożone nie później niż **8 tygodni** przed planowanym miesiącem dostawy.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4

[projekt umowy \(zał. 3b\): § 3 ust. 4](#)**Pytanie:**

prosimy o dopisanie na końcu ustępu

*i musi być złożone **8 tygodni** przed planowanym miesiącem dostawy.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5

[projekt umowy \(zał. 3b\): § 6 ust. 1 i 2](#)**Pytanie:**

§ 6 ust. 1

po słowie „zwłokę” dodać „**z wyłącznej winy Wykonawcy**”;

§ 6 ust. 2

po słowach „nie wymieni” dodać „**ze swojej wyłącznej winy**”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6

[SWZ, 5.3: Pakiet 4](#)**Pytanie:**

Zamawiający w pakiecie nr 4 wymaga między innymi zaoferowania pierścieni mocujących z żelem kontaktowym pakowane po 50 sztuk w łącznej ilości 100 szt.

Ze względu na fakt iż wielkość opakowania oferowanego przez producenta to 100 szt w opakowaniu zbiorczym, prosimy o możliwość zaoferowania 1 opakowania w ilości 100 szt zamiast 2 opakowań po 50 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmienioną ilość sztuk w opakowania.

Jednak łączna ilość zamówionego produktu nie ulega zmianie 100 szt.