

**SPIS TREŚCI**

*stron dokumentu: 5*

zestaw 1 [zam.: 05.06.2024] .....2

1

[pakiety: 5 i 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dopisanie w formularzu cenowym kolumny z numerem katalogowym przedmiotu zamówienia celem łatwiejszej identyfikacji produktu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

2

[pakiety: 5 i 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dopisanie w formularzu cenowym kolumny z ceną jednostkową produktu gdyż taka cena widnieje na wystawianej fakturze VAT?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

3

[projekt umowy: § 3 ust. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności – **min 5 mcy** dla pakietu nr 5, oraz **min 8-9** miesięcy dla produktów z pakietu nr 6?

*Uzasadnienie:*

*Producent nie można zapewnić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ z uwagi na stosowaną częstotliwość wytwarzania kolejnych serii produkcyjnych.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokona zmiany zapisów w projekcie umowy.

4

[pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

W związku ze zmianą nazewnictwa w taksonomii drobnoustrojów występujących również w farmakopei z *Bacillus subtilis* na *Bacillus spizizenii*, czy Zamawiający dopuści szczep *Bacillus spizizenii* w składzie zestawu, który jest dokładnym odpowiednikiem szczepu o pierwotnej nazwie *Bacillus subtilis*?

*Z uwagi na okres przejściowy w dokumentacji dostawcy mogą się jeszcze pojawiać obie nazwy tego drobnoustroju.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza i dokona zmiany zapisu w SWZ.

5

[pakiet 6, poz. 2](#)**Pytanie:**

W związku ze zmianą nazewnictwa w taksonomii drobnoustrojów występujących również w farmakopei z *Propionibacterium acnes* na *Cutibacterium acnes*, czy Zamawiający dopuści szczep *Cutibacterium acnes*, który jest dokładnym odpowiednikiem szczepu o pierwotnej nazwie *Propionibacterium acnes*?

*Z uwagi na okres przejściowy w dokumentacji dostawcy mogą się jeszcze pojawiać obie nazwy tego drobnoustroju.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza i dokona zmiany zapisu w SWZ.

6

[SWZ: rozdz. 5, pkt 5.5 \(dot. pakietów: 1 i 15\)](#)**Pytanie:**

Prosimy o odstąpienie od wymagania dostarczenia katalogów producenta potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim i dopuszczenie wersji w języku angielskim, z uwagi na fakt, że dostarczane produkty są przeznaczone do stosowania przez użytkownika profesjonalnego i posiadają pełną dokumentację w języku angielskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

7

pakiet 15

**Pytanie:**

Prosimy o dokonanie korekty formularza wyceny uwzględniając 8 % stawkę podatku VAT, która obowiązuje wobec wyrobów medycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokona zmiany zapisu w SWZ.

8

pakiet 1, poz. 1

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Medium do hodowli keratynocytów które wymaga dodania suplementu (Defined Keratinocyte - SFM Growth Supplement), takiego jak **Produkt Thermo Fisher Scientific nr kat. 10744019/** Defined Keratinocyte SFM (1X)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

9

pakiet 2, poz. 1

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Dispazy w formie proszku np. takiego jak **Thermo Fisher Scientific nr kat. 17105041**; Dispase II, powder, 5g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

10

projekt umowy (zał. nr 4): § 2 ust. 2 (dot. pakietów: 1÷3)

**Pytanie:**

Zamawiający zapisał:

*Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:*

- 1) instrukcję obsługi i użytkownika w języku polskim,*
- 2) aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny posiada odpowiednie dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski i Unii Europejskiej,*
- 3) wymagane z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: atesty, świadectwa, deklaracje zgodności – zgodnie z Ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.*

Wnosimy o **usunięcie w/w ustępu** w odniesieniu do w/w pakietów.

*Wyszczególnione tam odczynniki służą bowiem tylko i wyłącznie do badań naukowych. Nie spełniają definicji produktu medycznego i dlatego jako takie nie mogą być tak klasyfikowane. Instrukcja obsługi i użytkownika także nie ma zastosowania w odniesieniu do odczynników laboratoryjnych. Ich użycie jest bowiem uzależnione od indywidualnej potrzeby użytkownika. Producent zapewnia opis produktu na swojej stronie internetowej wyłącznie w języku angielskim.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. zapisu.

Zgodnie z projektem umowy, wymienione dokumenty poprzedza zapis „(jeśli dotyczy)”.

11

projekt umowy (zał. nr 4): § 3 ust. 5 (dot. pakietów: 1÷3)

**Pytanie:**

Zamawiający zapisał:

*Zamawiający zastrzega, że dostawa przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00*

Wnosimy o korektę w/w zapisu w odniesieniu do w/w pakietów tak by brzmiał:

*Zamawiający zastrzega, że dostawa przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00*

*Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki wymienione w w/w pakietach są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Dostawy odbywają się bezpośrednio z magazynu znajdującego się poza granicami kraju transportem lotniczym. Wykonawca jest w stanie zagwarantować dostawy ramach dostaw standardowych. Zastrzeżenie dostawy do godziny 14:00 musi wpłynąć znacząco na podniesienie ceny oferty.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

12

projekt umowy (zał. nr 4): § 6 ust. 2 pkt 3 (dot. pakietów: 1÷3)

**Pytanie:****Dot. projektu umowy dla pakietów 1-17, 20-21, §6, ustęp 2, podpunkt 3 – pakiet 1, 2 i 3**

Zamawiający zapisał:

.....W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 5 dni od ich zgłoszenia.

Wnosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał:

.....W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 21 dni od ich zgłoszenia.

Zapis obecny można także odnieść do wymiany odczynnika w ramach reklamacji. Odczynniki wymienione w w/w pakietach są produkowane i magazynowane poza granicami kraju.

Ich producent deklaruje czas dostawy do 21 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona zmiany zapisów w projekcie umowy.

13

projekt umowy (zał. nr 4): § 7 ust. 1 i 4 (dot. pakietów: 1÷3)

**Pytanie:**

Wnosimy o dokonanie korekty treści w/w ustępów tak, aby wysokość kar była liczona od wartości zamówienia a nie od wartości umowy.

Przedmiotem postępowania są dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy. Mamy bowiem tu do czynienia z dostawami sukcesywnymi. Naliczanie kar od wartości umowy a nie od wartości zamówienia jest nieuprawnione. Zamawiający wprowadza zapisy abuzywne, dyskryminujące jedną ze stron umowy. Nie przewiduje kar za nieterminowe regulowanie płatności w wysokości 0,1% wartości umowy za dzień zwłoki. Wykonawcy pozostają kary na poziomie kar ustawowych.

Powyższe zapisy skutkują:

- naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady która zakazuje prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję
- naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
- naruszenie art. 5, 58 § 1 i 2 oraz 3531 k.c. w związku z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. bezprawne wprowadzenie do umowy, zapisów naruszających w rażący sposób interes prawny i majątkowy wykonawcy, niezgodnych z przepisami ogólnymi k.c., a w konsekwencji z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Analiza przepisów k.c. wskazuje, że podstawową wadą takowej umowy będzie:

- 1/ niezachowanie w niej równości stron,
- 2/ naruszenie wysłownionych przepisów k.c., a w konsekwencji przywołanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 3/ dokonanie przez zamawiającego błędnej interpretacji przepisów k.c., tj. zasady swobody umów określonej w art. 3531 k.c.

Zmiany dokonane w 1990 r. w obszarze prawa cywilnego (w kodeksie cywilnym) wprowadziły tak bardzo potrzebną w obrotach handlowych zasadę swobody zawierania umów, wyrażoną m. in. w przywołanym już art. 3531 k.c. Zasada ta nie polega jednak na tym, że silniejsza strona narzuca wolę drugiej stronie, zwłaszcza jeżeli w optyce naszych rozważań skupimy uwagę na skutkach tych warunków. Nadmienić przy tym należy, że strony układające stosunek prawny wg własnego uznania, muszą pamiętać, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie i wreszcie, a może i najważniejsze, zasadom współżycia społecznego. Jednak nie ulega wątpliwości, że zapisy takie naruszają zasady współżycia społecznego. Przecież w świetle art. 5 k.c. nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno- gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub właśnie z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli tak jest, to zgodnie z art. 5 k.c. takie działania uprawnionego nie są zgodne z art. 58 § 2 k.c., który stanowi wprost, że „nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Zamawiający nie może swoim postępowaniem wyrządzać szkody drugiej stronie stosunku prawnego, tj. wykonawcy.

Wobec powyższego wnosimy o prawidłowe zgodne z powołanymi przepisami sporządzenie dokumentacji przetargowej tj. modyfikację niniejszego projektu umowy w sposób opisany precyzyjnie powyżej.

## zestaw 1

zam.: 5.06.2024 r.

Na marginesie z najdalej idącej ostrożności zwracamy uwagę, że naruszenie obowiązków za naruszenie których Zamawiający zamierza naliczać kary umowne opisane w §7 ust. 1 i 4 projektu umowy - mają co do zasady charakter obowiązków majątkowych (skutkowo pieniężnych) dlatego, w przypadku takich obowiązków ustanowienie kar umownych pieniężnych jest w ogóle nieskuteczne i jeżeli Zamawiający chciałby z nich „skorzystać” wykonawcy mogliby się od nich uchylić z tym, że jak można domniemywać trzeba byłoby wszczynać drogę sądową, aby tam udowodnić ostatecznie Zamawiającemu bezprawność takich zapisów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokona zmiany zapisów w projekcie umowy.