



Województwo
Śląskie



Centrum
Leczenia
Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Siemianowice Śląskie, 16.12.2024 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Jednorazowa dostawa wyposażenia medycznego”, sprawa nr CLO/ZP/48/2024

Dotyczy: Pakiet 14 – Materac piankowy przeciwoleżynowy pasywny – 15 szt.

Pytanie 1:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca wykonanego z pianki poliuretanowej (zamiast polieterowej).

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 16 – Wózek reanimacyjny / anestezyjologiczny – 1 szt.

Pytanie 2:

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego konstrukcję wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 3:

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu górnego wykonanego z wysokiej jakości tworzywa?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 4:

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka składającego się z 4 szuflad z czego jedna o wysokości 22,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 5:

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego fronty szuflad wykonane z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

adres: ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie,
REGON 272165010, NIP 6431005873, BDO 000023149
centrala 32 7357 696 / Biuro Dyrektora 32 7357 600 / fax 32 7357 603 / email: clo@clo.com.pl
konto bankowe: ING Bank Śląski o/Siemianowice Śląskie 65 1050 1357 1000 0022 0881 0537

forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KRS nr 0000182167 prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr 13790



www.clo.com.pl

Pytanie 6:

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 4 koła, w tym dwa z blokadą?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 7:

Czy (w pkt.11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o szerokości 72 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 8:

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o głębokości 62 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 22**Pytanie 9:**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca tylko na boki w segmencie oparcia pleców oraz w segmencie podudzia?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 10:

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję przedłużenia leża bez mechanizmów samozatraskowych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 11:

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże o szerokości 83 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 12:

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 222 cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 13:

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej wysokości leża w zakresie od 390 do 790 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 14:

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez dodatkowych tulei umożliwiających zamontowanie dodatkowych barierek bocznych zabezpieczających pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 15:

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcje regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym w zakresie regulacji wysokości, regulacji segmentu oparcia pleców, regulacji segmentu uda, funkcji autokontur, pozycji wyjściowej / mobilizacyjnej; pilot z możliwością blokowania funkcji regulacji wysokości, regulacji segmentu oparcia pleców, regulacji segmentu uda, autokontur przez personel medyczny z poziomu panelu centralnego dla personelu (zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie); diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach tylko w panelu dla personelu? W oferowanym łóżku regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga będzie dostępna na centralnym panelu sterownia dla personelu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 16:

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego system elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia, bez uruchomienia alarmu dźwiękowego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 17:

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w pilota z podświetlanymi przyciskami w celu łatwej obsługi podczas nocy, bez wbudowanej latarki LED?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 18:

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy 65° (+/- 5°)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 19:

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment podudzia regulowany mechanicznie za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 20:

Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 21:

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję autoregresji segmentu pleców oraz uda niwelującą ryzyko powstawania odleżyn dzięki

minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym o łącznej wartości dla segmentu pleców i uda ok. 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 22:

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wbudowane zasilanie awaryjne pozwalające na użytkowanie łóżka podczas transportu lub w sytuacjach zaniku zasilania sieciowego, dioda LED sygnalizująca proces ładowania akumulatora / dodatkowego zasilania w panelu sterowania dla personelu, bez alarmu dźwiękowego informującego o niskim poziomie zasilania akumulatorowego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 23:

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie elektryczne 100-240V, 50-60Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 24:

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od podawania średnicy krążków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 25:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca z pianki poliuretanowej (zamiast polieterowej).

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 26:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca o wysokości 15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego koszyka / uchwytu na kapcie?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego uchwytu na kule?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pakiet nr 11

Pytanie 29:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów z barierkami bocznymi metalowymi, lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 30:

Czy w związku z pkt. 8 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów z materacem w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 31:

Czy w związku z pkt. 8 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów z uchwytem na prześcieradło możliwym do montażu zarówno od strony nóg, jak i głowy, wystającym ponad leże?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 32:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów o wymiarach zewnętrznych 870 x 2185 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 33:

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów z regulacją wysokości leża w zakresie 470-790 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pakiet 12**Pytanie 34:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad (szuflady na prowadnicach rolkowych) oraz otwartej półki między nimi, z dostępem do niej tylko od frontu szafki (szafka o charakterystyce dwustronnej – z dostępem do niej zarówno z prawej, jak i lewej strony szafki)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką na basen tworzywową, wykonana z tworzywa ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 36:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm (szerokość 434 mm bez złożonego blatu bocznego), głębokości 45,1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 38:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z 5 kótkami (dodatkowe kótko pod blatem bocznym) o średnicy 52 mm, co nie pogarsza na funkcjonalności szafki?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blokadą kótek indywidualną, realizowaną za pośrednictwem przycisków znajdujących się bezpośrednio przy kótkach?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pakiet 17**Pytanie 40:**

Czy Zamawiający dopuści wózek oddziałowy, który nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pakiet 22**Pytanie 41:**

Czy w związku z pkt. 3 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z leżem w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 42:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 87 cm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 43:

Czy w związku z pkt. 8 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko gdzie regulacja funkcją anty-Trendelendurga realizowana jest za pośrednictwem panelu centralnego umieszczonego od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 44:

Czy w związku z pkt. 8 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z diodowym wskaźnikiem informującym o zablokowanych regulacjach tylko na panelu centralnym dla personelu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 45:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym bez latarki LED, co wydaje się parametrem zbędnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ.

Pytanie 46:

Czy w związku z pkt. 17 i 18 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 4 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy okolicach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji łamanych wysokich leża. Podnoszenie się segmentu uda spowoduje ucisk na część lędźwiową co doprowadzi do powstania odleżyn. Zapis wymagań Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia naukowego jak również przeczy zasadom fizyki – w związku z tym prosimy o uzasadnienie powyższego zapisu. Pacjent z odleżynami powinien leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwym miejscu złamań leża.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Funkcja ta ma nie tylko uzasadnienie medyczne ale przede wszystkim jako użytkownik obserwujemy skuteczność (miedzy innymi tej funkcji) w profilaktyce przeciwoodleżynowej leczonych u nas pacjentów. Takie rozwiązania są powszechnie stosowane przez producentów łóżek przeznaczonych dla wymagających specjalnej opieki pacjentów.

Pytanie 47:

Czy w związku z pkt 21 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości 38 cm ponad poziom leża?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 48:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem gdzie zamek błyskawiczny jest w kształcie litery „L”?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 49:

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez uchwytu na kapcie lub uchwyt taki znajdować się będzie przy szafce przyłóżkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pakiet 3**Pytanie 50:**

Prosimy Zamawiającego o zgodę na realizację potencjalnego zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, bez osobistego stawiennictwa Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga osobistego stawiennictwa Wykonawcy podczas dostawy przedmiotu zamówienia.

Pakiet 16**Pytanie 51:**

Prosimy Zamawiającego o zgodę na realizację potencjalnego zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, bez osobistego stawiennictwa Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga osobistego stawiennictwa Wykonawcy podczas dostawy przedmiotu zamówienia.

Pakiet 3 Stolik instrumentalny (MAYO) – 4 sztuki**Pytanie 52:**

Poz.1_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o konstrukcji ze stali nierdzewnej AISI304.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby stal była kwasoodporna.

Pytanie 53:

Poz.2_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o szerokości 70 cm, głębokości 50 cm i regulacji w zakresie 830-117 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 54:

Poz.3_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika ze podstawą z czterema podwójnymi kółkami, w tym 2 z blokadą.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pakiet 16 Wózek reanimacyjny/ anestezyjologiczny – 1 sztuka**Pytanie 55:**

Poz.1_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o konstrukcji z anodowanego aluminium, którego ściany boczne wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo (6 kolorów do wyboru), tylna ściana wózka z wytrzymałego trójwarstwowego alupanelu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 56:

Poz.2_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blatu z formowanego tworzywa ABS o właściwościach antybakteryjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 57:

Poz.6_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad (wraz z frontami) wykonanymi w całości z formowanego tworzywa ABS, bez szczelin i łączeń, a więc łatwe do utrzymania w czystości.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 58:

Poz.10_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w 4 koła, w tym 2 z blokadą, z uwagi na to, że blokada na dwóch kołach jest wystarczająca do stabilnego zastopowania wózka w miejscu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 60:

Poz.11_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach:

- szerokość 83 cm
- głębokość 65 cm
- wysokość bez nadstawki 98 cm (przy wysokości do blatu 92 cm).

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 61:

Poz.11_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach:

- szerokość 83 cm
- głębokość 65 cm
- wysokość bez nadstawki 106 cm (przy wysokości do blatu 100 cm).

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka)



Pytanie 62:

Pytanie 1 – opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, poz. 1 Ogólne)

Prosimy o dopuszczenie dwustanowiskowej myjni posiadającej dwie niezależne, asynchronicznie działające komory. Każda komora jest obsługiwana osobno i posiada niezależne pompy, przez co nawet w przypadku awarii jednej komory, druga nie jest zablokowana. Czas pełnego cyklu dekontaminacji na komorę nie przekracza 22 minut, dzięki czemu oferowane urządzenie umożliwia przeprocesowanie 6 endoskopów w około godzinę. Dodatkowo myjnia dwustanowiskowa jest tańsza w eksploatacji od dwóch urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 63:

Pytanie 2 – opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, poz. 2 preparat dezynfekcyjny)

Prosimy o dopuszczenie preparatu zgodnego z SWZ, działającego w stężeniu 13 ml/l (1.3 %), w temperaturze 35 °C, w 5 czasie min.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 64:

Pytanie 3 – opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, parametry ogólne, poz. 3 i 12)

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez myjnię etapu płukania kanałów alkoholem. Takie rozwiązanie nie jest obecnie zalecane przez większość wiodących producentów endoskopów elastycznych z uwagi na agresywne działania alkoholu na niektóre powierzchnie, oraz właściwości alkoholu utrwalające zanieczyszczenia białkowe. W celu skutecznego dosuszenia kanałów i powierzchni, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 15883-4, myjnia powinna zapewnić przedmuchiwanie kanałów oraz wykorzystywać wodę o odpowiedniej jakości (najlepiej wodę demineralizowaną) do ostatniego płukania.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 65:

Pytanie 4 – opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, parametry ogólne, poz. 3)

Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika. Taki zapis jest z sprzeczny z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Załącznik nr 5 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych) gdzie jest wyraźne wskazanie, że myjnia ma zapewniać powtarzalny proces mycia i dezynfekcji. Dodatkowo norma PN-EN ISO 15883-4 dot. myjni endoskopowych, określa, że wartość każdej zmiennej procesu, która wpływa na skuteczność cyklu, powinna być wstępnie ustalona, a regulacja powinna wymagać użycia kodu, klucza lub narzędzia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający w żaden sposób nie zawarł w wskazanym w pytaniu punkcie opisu przedmiotu zamówienia „wymogu możliwości indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika”.

Pytanie 66:

Pytanie 5 – opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, parametry ogólne, poz. 10)

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowana myjnia powinna umożliwiać przeprowadzenie dezynfekcji termicznej zgodnie z wymogami normy ISO 15883 cz. IV z możliwością wykorzystania funkcji czasomierza w celu zaprogramowania godziny autodezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 67:

Pytanie 6 – opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, parametry ogólne, poz. 11)

Prosimy o dopuszczenie uzdatnianie wody przy pomocy systemu filtracji membranowej? Jest to najbardziej skuteczny sposób, który w przeciwieństwie do promieni UV nie ma żadnego wpływu na materiały, z których zbudowany jest endoskop, dodatkowo jest tańszy w eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 68:

Pytanie 7– opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, parametry ogólne, poz. 14)

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, tj. kanistry z preparatami umieszczone są w objęciu pozycjonującej wewnątrz myjni. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w myjniach przeciwdziałające rozlewaniu się środków.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 69:

Pytanie 8 – opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, Myjnia endoskopowa, OGÓLNE)

Prosimy o doprecyzowanie, czy myjnia powinna umożliwiać pracę również na innych preparatach niż tylko te oparte na bazie kwasu nadoctowego? Ograniczenie się tylko do jednej grupy preparatów nie daje Użytkownikowi możliwości dowolnej zmiany, a tym samym nieraz przekłada się na zwiększone koszty eksploatacji urządzenia . Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie czy w myjni powinny być stosowane maksymalnie dwa preparaty: myjący oraz dezynfekcyjny bez dodatkowego aktywatora, co znacznie obniża kosztów preparatów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ. Zastosowanie preparatu na bazie kwasu nadoctowego zapewnia skuteczną dezynfekcję w możliwie krótkim czasie. Zamawiający nie przewiduje używania dodatkowych preparatów poza wymienionymi w Pakiecie 21 w pkt 2 i 3.

Pytanie 70:

Pytanie 9 – opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, Myjnia endoskopowa, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga, aby każdy kanał endoskopu był niezależnie podłączany i zasilany niezależną pompą, co jest rozwiązaniem najbardziej zalecanym w normie EN ISO 15883-4? Z uwagi na różnice w średnicach kanałów endoskopu, tylko takie rozwiązanie pozwala na w pełni bezpieczne i skuteczne procesowanie endoskopu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 71:

Pytanie 10 – opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, Myjnia endoskopowa, OGÓLNE)

Czy z uwagi na fakt, że na rynku pojawia się coraz więcej endoskopów nowego typu, z dodatkowymi kanałami wymagającymi zwiększonego przepływu (np. duodenoskopu) Zamawiający wymaga aby każda komora zawierała minimum 7 przyłączy umożliwiających podłączenie każdego kanału endoskopu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wyspecyfikował jakimi rodzajami endoskopów posługuje się w zakresie swojej pracy.

Pytanie 72:

Pytanie 11 – opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, Myjnia endoskopowa, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga, aby dno komory było karbowane, a komora posiadała dodatkową przestrzeń np. w postaci tuby do umieszczania sondy endoskopu? Rozwiązania, gdzie cały endoskop jest zwijany i układany w obrębie komory, powodują duże naprężenia, co skutkuje skracaniem żywotności endoskopu, oraz stwarzają miejsca styku, a więc miejsca o utrudnionej penetracji dla środków myjących i dezynfekcyjnych. W dodatku wskazane rozwiązanie zabezpiecza część wzornikową przed uszkodzeniem np. zarysowanie części optycznej endoskopu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 73:

Pytanie 12 – opis przedmiotu zamówienia (pakiet 21, Myjnia endoskopowa, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga, by myjnia posiadała sygnalizację świetlną, informującą użytkownika o statusie pracy urządzenia bez potrzeby podchodzenia do myjni poprzez np. pasek LED lub obręcz wokół przycisków do otwierania komór myjni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 74:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 3 Stolik instrumentalny MAYO:

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 95-133 cm ? Wymiar ten tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego, a jest równie funkcjonalny. Prosimy o dopuszczenie ww. zakresu wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisu SWZ.

Pytanie 75:

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 5 Stojak kroplówki

Czy Zamawiający dopuści wykonanie samej podstawy z równie praktycznego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 76:

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 8 Taboret medyczny ze stali nierdzewnej

Czy Zamawiający zamiast podstawy chromowanej czy też polerowanego aluminium dopuści podstawę wykonaną ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 77:

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 10 Szafa medyczna

Czy Zamawiający dopuści szafę o głębokości 55 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 78:

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 12 Szafka przyłóżkowa pacjenta:

Czy Zamawiający zamiast opisanej szafki dopuści szafkę o następujących parametrach:

Szafka przyłóżkowa dwustronna (szuflada płytka, szuflada głęboka)

WYPOSAŻENIE:

1x wysuwany blat boczny

1x uchwyt na 2 butelki

1x półka na basen pod szufladami

WYKONANIE:

- blat z laminatu HPL w kolorze białym, o grubości 10 mm

- blat boczny z wodoodpornej płyty laminatu HPL o grubości 6 mm, z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej, dwuczęściowy: część stała oraz część z regulacją kąta pochylenia w zakresie +/- 60 stopni, mechanizm podnoszenia blatu w estetycznej obudowie z profilu aluminiowego.

- stelaż aluminiowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm (białe), w tym 2 z blokadą.

- szuflady stalowe, lakierowane proszkowo na kolor biały, front malowany wg palety RAL

Wymiary: 610x410x885 mm

Wymiar blatu bocznego 550(165+385)x350x840-1140 mm

Wymiar szuflady płytkiej : 380x400x155 mm

Wymiary części szuflady głębokiej: 380x400x400 mm

[szerokośćxgłębokośćxwysokość] ?



zdjęcie poglądowe oferowanego rozwiązania

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 79:

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 16 Wózek reanimacyjny / anestezyjologiczny

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji wraz z szufladami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 80:

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 16 Wózek reanimacyjny / anestezyjologiczny

Czy Zamawiający dopuści głębokość wózka 55 cm ? Wymiar ten jest bardzo funkcjonalny i tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie ww. głębokości wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisu SWZ.

Pytanie 81:

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 16 Wózek reanimacyjny / anestezyjologiczny

Czy Zamawiający dopuści głębokość wózka 57,5 cm ? Wymiar ten jest bardzo funkcjonalny i tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie ww. głębokości wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 22

łóżko szpitalne 10szt

Pytanie 82:

Dot. Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści panel z możliwością blokowania wszystkich funkcji sterujących za wyjątkiem funkcji ratunkowej tj. elektrycznego CPR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisu SWZ.

Pytanie 83:

Dot. Pkt. 8/10/11 Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą: centralnego panelu sterowania dla personelu (opisanego w pkt. 8 i 10) oraz pilota pacjenta (opisanego w pkt. 11) z elektryczną regulacją wysokości, regulacją segmentu oparcia pleców i uda, funkcją autokontur?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona korekty zapisu SWZ.

Pytanie 84:**Pakiet 14**

Materac piankowy przeciwoleżynowy pasywny – 15 sztuk.

Prosimy o dopuszczenie materaca o poniższych parametrach.

Materac statyczny, wykonany z pianki wysoko sprężystej o gęstości 65 kg/m³ i 50 kg/m³, zapewniający wsparcie podczas siedzenia, a także zapewniający dobry komfort podczas leżenia.

Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 180 kg (skuteczność terapeutyczna).

Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka.

Rozmiar materaca 85 x 200 cm.

Wysokość 14 cm.

Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, pokryty PU, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temperaturze 95 st. C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami: 70% propanol, roztwór oksydacyjny lub

maksymalnie 1% roztwór chloru

Materac o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytania dotyczą SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 16 Wózek reanimacyjny/ anestezjologiczny – 1 sztuka.

Pytanie 85:

Poz. 1 konstrukcja wózka - Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka z blachy ocynkowanej malowaną farbą proszkową uzgodnionym kolorze, wykonaną z w systemie podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi, natomiast Dno szafek i szaf z blachy pojedynczej o grubości min. 1.0 mm. Plecy szaf i szafek z blachy pojedynczej o widocznym niewielkim usztywniającym przettoczeniem głębokość ok. 3 mm. Powierzchnie korpusu gładkie nie zawierające ostrych krawędzi ?

Poz. 5 fronty szuflad - Czy zamawiający dopuści fronty szuflad Wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.