



Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, sprawa nr CLO/ZP/51/2024

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 8 poz 1 zaoferowania jednorazowego systemu do podciśnieniowego leczenia ran na 14 dni

W skład sterylnego zestawu wchodzi:

- sterylna pompa – generująca podciśnienie nominalne – 80 mmHg
- 2szt sterylnych opatrunków składających się z 4 warstw (górną warstwę folii o wysokiej paroprzepuszczalności; super chłonny opatrunek; warstwa airlock- równomiernie rozprowadzająca podciśnienie; silikonowa warstwa kleju), miękki port
- 12 pasków zabezpieczających
- 2sterylne baterie AA; 2 niesterylne (zapasowe)
- uchwyt podtrzymujący pompę

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Rozdziale 5 pkt 5.2 SWZ dla Pakietu 8 w następujący sposób:

Pakiet 8:

Jednorazowy system/komplet do podciśnieniowej terapii podciśnieniowego leczenia ran (Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)) wytwarzający podciśnienie nominalne -80mmHg na minimum 14 dni bez kanistra. Przeznaczony do leczenia jednego pacjenta. Mechanizm odprowadzenia i gromadzenia wysięku z rany zapewniony przez wysokochłonny opatrunek piankowy zabezpieczany folią o wysokiej paroprzepuszczalności. Rozpoczęcie i zakończenie terapii obsługiwane za pomocą jednego przycisku. Okres możliwości pracy jednego urządzenia minimum 14 dni. **Wszystkie składowe systemu (oprócz ewentualnych zapasowych baterii) muszą być sterylne w celu zapewnienia możliwości założenia opatrunku na bloku operacyjnym w procedurze sterylnej.**

Podstawowy skład jednego systemu/kompletu: pompa, paski mocujące, baterie oraz 2 opatrunki piankowe dostępne w rozmiarach: 15 cm x 15 cm (+/- 10%), 15 cm x 20 cm (+/- 10%), 20 cm x 20 cm (+/- 10%), 25 cm x 25 cm (+/- 10%), 20 cm x 25 cm (+/- 10%). Zamawiający w momencie złożenia zamówienia wskaże rozmiar zamawianych opatrunków. Cena kompletu, niezależnie od wielkości opatrunku, musi być stała.

Ilość: 100 kompletów.

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

adres: ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie,
REGON 272165010, NIP 6431005873, BDO 000023149
centrala 32 7357 696 / Biuro Dyrektora 32 7357 600 / fax 32 7357 603 / email: clo@clo.com.pl
konto bankowe: ING Bank Śląski o/Siemianowice Śląskie 65 1050 1357 1000 0022 0881 0537



www.clo.com.pl

forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KRS nr 0000182167 prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr 13790

Pytanie 2:

Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie nr 8 poz. 1 zaoferowania jednorazowego systemu do podciśnieniowego leczenia ran wytwarzającego podciśnienie nominalne -80mmHg na 14 dni bez kanistra.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Rozdziale 5 pkt 5.2 SWZ dla Pakietu 8 w następujący sposób:

Pakiet 8:

Jednorazowy system/komplet do ~~podciśnieniowej terapii podciśnieniowego~~ leczenia ran (Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)) **wytwarzający podciśnienie nominalne -80mmHg na minimum 14 dni bez kanistra**. Przeznaczony do leczenia jednego pacjenta. Mechanizm odprowadzenia i gromadzenia wysięku z rany zapewniony przez wysokochłonny opatrunek ~~piankowy~~ zabezpieczany folią o wysokiej paroprzepuszczalności. Rozpoczęcie i zakończenie terapii obsługiwane za pomocą jednego przycisku. Okres możliwości pracy jednego urządzenia minimum 14 dni. **Wszystkie składowe systemu (oprócz ewentualnych zapasowych baterii) muszą być sterylne w celu zapewnienia możliwości założenia opatrunku na bloku operacyjnym w procedurze sterylnej.**

Podstawowy skład jednego systemu/kompletu: pompa, paski mocujące, baterie oraz 2 opatrunki ~~piankowe~~ dostępne w rozmiarach: 15 cm x 15 cm (+/- 10%), 15 cm x 20 cm (+/- 10%), 20 cm x 20 cm (+/- 10%), 25 cm x 25 cm (+/- 10%), 20 cm x 25 cm (+/- 10%). Zamawiający w momencie złożenia zamówienia wskaże rozmiar zamawianych opatrunków. Cena kompletu, niezależnie od wielkości opatrunku, musi być stała.

Ilość: 100 kompletów.