

WYBÓR OFERTY

Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

zawiadamia:

najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na

**sprzedaż i dostawy
testów diagnostycznych**

w zakresie [pakietu 1](#) jest oferta złożona

przez:

FARMATOR sp. z o.o. ul. Na Zapleczu 4B, 87-100 Toruń

ilość uzyskanych punktów: 100
uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta

ponadto otrzymano ofertę z:

AMP Polska sp. z o.o. Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków

ilość uzyskanych punktów: 82,69

WYBÓR OFERTY

Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
zawiadamia

o odrzuceniu z postępowania w zakresie **pakietu 1** ofert złożonych

przez:

POINTE SCIENTIFIC Polska sp. z o.o. ul. Śródziemnomorska 11/10, 02-758 Warszawa

uzasadnienie: Zamawiający w Pakiecie 1 wymagał zaoferowania *Antygenowego, szybkiego testu kasetkowego, wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, bez użycia urządzeń laboratoryjnych: (...)* 3. W zestawie: *wymazówki do poboru z nosogardzieli, kontrola dodatnia i ujemna.*
Wykonawca zaoferował test NADAL[®]COVID-19 Ag Test (test cassette) REF 243103N. Zaoferowany produkt nie posiada w zestawie kontroli dodatniej i ujemnej.
Zamawiający w Pakiecie 1 dopuścił wielkość opakowania: 20 sztuk testów w opakowaniu przy łącznej ilości 3.000 sztuk testów, tj. 150 opakowań oraz 25 sztuk testów w opakowaniu przy łącznej ilości 3.000 sztuk testów, tj. 120 opakowań.
Wykonawca zaoferował test NADAL[®]COVID-19 Ag Test (test cassette) REF 243103N w opakowaniach po 100 sztuk testów, tj. 30 opakowań.

ROCHE DIAGNOSTICS Polska sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

uzasadnienie: Zamawiający w Pakiecie 1 wymagał zaoferowania *Antygenowego, szybkiego testu kasetkowego, wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, bez użycia urządzeń laboratoryjnych: (...)* 3. W zestawie: *wymazówki do poboru z nosogardzieli, kontrola dodatnia i ujemna.*
Wykonawca zaoferował test SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test REF 9901-C-NC OV-01G.
Zaoferowany produkt nie posiada w zestawie kontroli dodatniej i ujemnej.

BIO-NOVUM sp. z o.o. ul. Nowy Świat 23A/3U, 20-418 Lublin

uzasadnienie: Zamawiający w Pakiecie 1 wymagał zaoferowania *Antygenowego, szybkiego testu kasetkowego, wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, bez użycia urządzeń laboratoryjnych: (...)* 7. *Testy, których wyniki będą wspólnie uznawane przez Państwa członkowskie UE.*
Wykonawca zaoferował test Beright COVID-19 Antigen Rapid Test (Wymaz) REF ICOV-502.
Zaoferowany produkt znajduje się na liście testów odrzuconych przez UE.