

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 2

zestaw 1 [zam.: 04.04.2023]	2
-----------------------------------	---

1

pakiet 3

Pytanie:

Zamawiający określa w Pakiecie 3 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając w każdej z w/w pozycji nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta,

co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych konkretnego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy.

W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami:

- enzym oksydaza glukozy GOD,
- zakres pomiarowy 20-600 mg/dl,
- hematokryt 10-70%,
- czas pomiaru 5 sekund,
- wielkość próbki krwi 0,5 µl,
- wyrzutnik zużytego paska testowego,
- parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015,
- opakowanie x 50 sztuk (po odpowiednim przeliczeniu)?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia są paski testowe do glukometru Accu-Chek Instant.

Zamawiający oczekuje pasków testowych pasujących do ww. glukometrów, zgodnych z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym, kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego glukometrami Accu-Chek Instant.

2

pakiet 3

Pytanie:

Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści w Pakiecie 3 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami:

- enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD,
- możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żyłnej,
- zakres pomiaru 20-600 mg/dl,
- hematokryt 20-60%,
- czas pomiaru 5 sekund,
- wielkość próbki krwi 0,5 µl,
- wyrzutnik zużytego paska testowego,
- parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015
- opakowanie x 50 sztuk (po odpowiednim przeliczeniu)?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia są paski testowe do glukometru Accu-Chek Instant. Zamawiający oczekuje pasków testowych pasujących do ww. glukometrów, zgodnych z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym, kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego glukometrami Accu-Chek Instant.

3

pakiet 3

Pytanie:

Prosimy o zgodę na podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku lub na podanie ceny za opakowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast dopuszcza podanie ceny za opakowanie.

Zamawiający **dokona zmiany** treści Zapytania ofertowego w Załączniku nr 1.