

**SPIS TREŚCI**

*stron dokumentu: 2*

zestaw 1 [zam.: 12.09.2023] .....2

1

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści Kleszcze Michel do zdejmowania zszywek metalowych, dł. 12 cm, wielorazowego użytku - do sterylizacji?:

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga narzędzia o długości 12 cm, o ile dolna część podkładana pod usuwany stapler nie jest grubsza niż 1-1,5 mm.