

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 2

zestaw 1 [zam.: 15.03.2024]	2
-----------------------------------	---

1

[projekt umowy: § 9 ust. 1](#)**Pytanie:**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr.sprawy 08/DTT/2024 prosimy o dokonanie n/w poprawek w załączniku nr. 4a - projekt umowy,

t.j.:

Przedmiotem umowy jest usługa przeglądów technicznych Sterylizatorów Parowych dlatego Wykonawca może udzielić Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji jakości na wymienione części eksploatacyjne.

W związku z powyższym Zwracamy się z prośbą o stosowną zmianę zapisu w §9 pkt.1.

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, iż przeglądy są dokonywane co 6 miesięcy, a podczas przeglądów są wymieniane te same części eksploatacyjne, zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego.

Zapis §9 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

- 1. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane czynności i wymienione podzespoły.*