

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 3

| | |
|-----------------------------------|---|
| zestaw 1 [zam.: 16.04.2024] | 2 |
| zestaw 2 [zam.: 19.04.2024] | 3 |

zestaw 1

zam.: 16.04.2024 r.

1[zał. 1, poz. 26](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wykreśli pozycję 26 z pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

2[zał. 1, poz. 26](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

3[zał. 1, poz. 33÷39](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści nić powlekana silikonem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego.

1[zał. 1, poz. 12÷26](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w lp.12-26 dopuści nić wchłaniałnąplecionkę okres całkowitego wchłonięcia masy szwu od 56-70 dni, okres podtrzymywania tkankowego 50% po około 21 dni (powleczone 50% kopolimerem glikolidu i L-laktyduPoli (glikolid i L-laktyd 30/70) oraz 50% stearynianem wapnia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2[zał. 1, poz. 42](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w lp.42 dopuści nić pakowaną po 12 saszetek-szpulek w opak.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.