

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 3

zestaw 1 [zam.: 31.07.2024] 2

1

[projekt umowy \(zał. 4\): § 6](#)**Pytanie:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6:

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości **50,00 zł** (słownie: **pięćdziesiąt** złotych zero groszy) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji określonego w 3 ust. 1
2. Zamawiający zastrzeżę sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości **10% niezrealizowanej części** (słownie: **dziesięć** procent) wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niewykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzeżę sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości **2,5%** (słownie: **dwa i pół procenta**) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku niewykonania przedmiotu zgodnie z treścią złożonej oferty.
4. W przypadku nienależycie wykonanego przeglądu, w wyniku, czego sprzęt będzie niesprawny Zamawiający zastrzeżę sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości **50,00 zł** (słownie: **pięćdziesiąt** złotych zero groszy) za każdy dzień niedostępności i urzędzenia, spowodowany nienależycie wykonanym przeglądem.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **50,00 zł** (słownie: **pięćdziesiąt** złotych zero groszy) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych.
6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości **10% niezrealizowanej części** (słownie: **dziesięć** procent) wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

2

[zapytanie ofertowe: rozdz. 4, pkt 1](#)
[projekt umowy \(zał. 4\): § 3, ust. 2](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie odbycia szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w zadaniach nr 1, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania. Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcowniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

3

[zapytanie ofertowe: rozdz. 6](#)
[załącznik 1 \(formularz ofertowy\)](#)
[projekt umowy \(zał. 4\): § 9, ust. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy o zmianę okresu gwarancji z 12 na 6 miesięcy na wykonane prace oraz na części zamienne i podzespoły użyte do wykonania usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

4

[projekt umowy \(zał. 4\): § 4, ust. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy o usunięcie zapisu.

Według zaleceń Producenta przeglądy powinny odbywać się co 12 miesięcy, dlatego w okresie obowiązywania umowy Wykonawca jest w stanie wykonać wyłącznie 1 przegląd techniczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów projektów umów dla Pakietów 1 i 2.

5

[projekt umowy \(zał. 4\): § 9, ust. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy o zmianę zapisu na:

„Naprawa lub wymiana wykorzystanych do przeglądu części w przypadku ujawnienia się ich wady będzie dokonywana w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 21 dni roboczych.

Jeśli Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać terminu, istnieje możliwość użyczenia sprzętu zastępczego na wniosek Zamawiającego na adres mailowy ats.acp@bbraun.com.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów projektów umów dla Pakietów 1 i 2, przy czym to wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze, w przypadku opóźnień w dostawie części zamiennych niezbędnych do wykonania przeglądu technicznego.